

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº E0495011-1012

1 - DADOS:

Cliente: Helptech Indústria e Comércio de Plásticos LTDA.
Endereço: Rua Irineu Torres, 25 - Distrito Industrial III - Araras - SP.
Equipamento: Indicador de Temperatura Digital + Termopar **Modelo:** HTF 530X
Marca: Haitian **Nº de Série:** Não consta
Nº de Ativo: CLP- MAQ-55 **Local da Calibração:** No cliente
Faixa de Indicação: 0 - 450 °C **Valor de uma divisão:** 1 °C

2 - DATAS: **Recebimento:** 30/19/2012 **Calibração:** 30/19/2012 **Emissão:** 01/11/2012

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0161 Revisão: 02

O sensor sob teste e o sensor padrão são inseridos num dispositivo de geração de calor, com temperatura controlada. São feitas três leituras do sensor padrão e do sensor sob teste, em valores próximos ao valor de referência. As leituras são interpoladas para o valor de V.C para permitir os cálculos das incertezas de medição.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Relatório	Data de Validade
MTR-0011	Multi Calibrador MCX Unomat	RBC, Ecil 7215-12	09/2014
MTR-0352	Termoresistência Tipo PT-100	RBC, CONSISTEC CR-01466/12	02/2014

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

ZONAS	V.C	Valor Médio das Indicações	Erro	U	k
	°C	°C	°C	°C	
Bico	180	182,52	2,52	0,85	2,00
	240	241,59	1,59	0,85	2,00
	320	319,90	-0,10	0,85	2,00
1	180	176,88	-3,12	0,85	2,00
	240	237,63	-2,37	0,85	2,00
	320	317,82	-2,18	0,85	2,00
2	180	179,88	-0,12	0,85	2,00
	240	240,63	0,63	0,85	2,00
	320	321,82	1,82	0,85	2,00
3	180	179,88	-0,12	0,85	2,00
	240	241,63	1,63	0,85	2,00
	320	322,82	2,82	0,85	2,00
4	180	180,88	0,88	0,85	2,00
	240	238,63	-1,37	0,85	2,00
	320	316,82	-3,18	0,85	2,00
5	180	178,88	-1,12	0,85	2,00
	240	238,63	-1,37	0,85	2,00
	320	317,82	-2,18	0,85	2,00

6 - OBSERVAÇÕES:


- Temperatura de referência: 23 °C ± 5°C, Umidade Relativa do ar : 60 %UR ± 15%UR. para as calibrações executadas nos laboratórios da METRUS.
- V.C - Valor Convencional.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na Apresentação Valor Encontrado expressa que é a média de três Verificações.
- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor convencional (V.C)
- U (Incerteza Expandida) relatada é baseada em uma Incerteza Padrão combinada multiplicada por um fator de abrangência k, para aproximadamente 95 % de Probabilidade. A Incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este relatório se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

E0495011-1012 / GLS

FOR-0004 - Controlador Temp Digital

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Junior Gomes de Queiroz


Claudinei Gomes da Silva
Signatário Autorizado