

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0495010-0416

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

1 - DADOS:

Cliente: Helptech Indústria e Comércio de Plásticos LTDA.
Endereço: Rua Irineu Torres, 25 - Distrito Industrial III - Araras - SP.
Equipamento: Relógio Comparador Digital **Local da Calibração:** Instalações do Cliente
Nº de Ativo: CQ-127 **Marca:** Digimess
Nº de Série: 58220 **Modelo:** Não consta
Faixa de Indicação: 0 a 12,5 mm **Valor de uma divisão:** 0,01 mm

2 - DATAS:

Recebimento: 04/04/2016

Calibração: 04/04/2016

Emissão: 05/04/2016

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0041 Revisão: 00

O Relógio Comparador foi fixado no dispositivo Calibrador de Relógio. O valor de referência é posicionado no Relógio Comparador e o mesmo acionado nos dois sentidos, entrada e saída da haste móvel, e as leituras realizadas no padrão. Foram realizados três ciclos de medição para análise dos desvio e cinco ciclos para a análise da repetibilidade, no início, meio e fim do Relógio Comparador.

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0450	Calibrador de Relógio Comparador	07545/15, Mitutoyo, CAL nº 0031	08/2018
MTR-0439	Termohigrômetro Digital	124034/15, ABSI, CAL nº 0056	05/2017

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Valor Indicado no Mensurando	Erro	
	Entrada da Haste Móvel	Saída da Haste Móvel
mm	mm	mm
0,000	0,000	0,002
0,100	-0,003	-0,001
0,200	-0,005	-0,002
0,300	-0,001	0,002
0,400	0,000	0,003
0,500	-0,005	-0,002
0,600	-0,004	-0,004
0,700	-0,005	-0,005
0,800	-0,003	-0,005
0,900	-0,005	-0,002
1,000	-0,003	0,000
1,500	-0,003	0,000
2,000	-0,001	0,002
2,500	0,005	0,007
3,000	0,007	0,005
3,500	0,007	0,006
4,000	0,008	0,005
4,500	0,007	0,006
5,000	0,009	0,006
6,000	0,003	0,004

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0495010-0416

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Valor Indicado no Mensurando	Erro	
	Entrada da Haste Móvel	Saída da Haste Móvel
mm	mm	mm
7,000	0,005	0,008
8,000	0,009	0,008
9,000	0,008	0,007
10,000	0,009	0,008
12,500	0,009	0,008

Parâmetros	Valores	K	veef	U
	mm			mm
fges	0,014	2,00	Infinito	0,006
fe	0,014			
fu	0,003			
fw	0,000			

- **fges**: O desvio fges é a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.
- **fe**: O Desvio fe é a amplitude dos erros no sentido de avanço.
- **fu**: Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto
- **fw**: Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

Repetibilidade Avanço			
Ponto Verificado	Média	K	U
	mm		mm
INICIO	0,000	2,00	0,006
MEIO	0,000	2,00	0,006
FIM	0,000	2,00	0,006

Repetibilidade Retorno			
Ponto Verificado	Média	K	U
	mm		mm
INICIO	0,000	2,00	0,006
MEIO	0,000	2,00	0,006
FIM	0,000	2,00	0,006

6 - OBSERVAÇÕES:

- Temperatura de referência: 20 °C ± 2°C (entre 18°C à 22°C), e Umidade Relativa do ar : 60 ± 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nas instalações do cliente.
- V.C - Valor Convencional.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na Apresentação Valor Encontrado expressa que é a média de três Verificações.
- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor convencional (V.C)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veef) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

D0495010-0416/MHP

FOR-0004 - RCC - REV.02

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Luciano Claridino dos Santos


Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado