

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0495010-0715

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

1 - DADOS:

Cliente: Helptech Indústria e Comércio de Plásticos LTDA. **Local da Calibração:** Instalações Permanentes
Endereço: Rua Irineu Torres, 25 - Distrito Industrial III - Araras - SP.
Equipamento: Calibrador P/NP **Nº de Série:** Não consta
Marca: Não consta **Valor Nominal Lado Passa:** Ø 84,961 mm
Nº de Ativo: C-076 **Valor Nominal Lado Não Passa:** Ø 85,279 mm

2 - DATAS: **Recebimento:** 13/07/2015 **Calibração:** 13/07/2015 **Emissão:** 14/07/2015

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0108 Revisão: 04

Primeiramente foi Medido um Calibrador Anel Liso Padrão para Tirar a Constante da Ponta de Apalpação utilizada na Calibração. O tampão foi verificado em toda sua extensão, medindo com o Banco Micrométrico o início, meio e fim do mesmo. Para todos os Pontos foi Verificado duas posições Perpendiculares (0º e 90º). Foi realizada uma série mínima de três medições em cada extremidade do tampão.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0105	Banco Micrométrico SIP MU-214B	RBC, Calibratec Nº 38473-12-DI/SP	11/2015
MTR-0309	TermoHigrômetro Digital	RBC, ABSI 111624/14	03/2016
MTR-0072	Calibrador Anel Liso Cilíndrico	RBC, Metrus D0178003-0514	05/2017

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

LADO PASSA					
Posição		Valor médio das indicações	K	Veef	U
		mm			mm
Ponto Medido	0°	84,9430	2,00	Infinito	0,0005
	90°	84,9440	2,00	Infinito	0,0005

LADO NÃO PASSA					
Posição		Valor médio das indicações	K	Veef	U
		mm			mm
Ponto Medido	0°	85,2490	2,00	Infinito	0,0005
	90°	85,2490	2,00	Infinito	0,0005

6 - OBSERVAÇÕES:

- Veef : Graus Efetivos de Liberdade
- Temperatura de referência: 20 °C ± 0,5°C (entre 19,5°C e 20,5°C), e Umidade Relativa do ar : 60 ± 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nos laboratórios da METRUS.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na Apresentação Valor Encontrado expressa que é a média de três Verificações.
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veef) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

FOR-0004 Calibrador Tampão Liso Cilíndrico REV 01 DATA: 16/06/2014

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Luciano Claridino dos Santos


Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado