



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0495015-0416

1 - DADOS:

Cliente: Helptech Indústria e Comércio de Plásticos LTDA.
Endereço: Rua Irineu Torres, 25 - Distrito Industrial III - Araras - SP.
Equipamento: Peso Padrão
Marca: Não consta
Nº de Ativo: C-083
Modelo: Não consta
Nº de Série: Não consta
Local da Calibração: Instalações do Cliente

2 - DATAS:

Recebimento: 04/04/2016

Calibração: 04/04/2016

Emissão: 05/04/2016

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0093 Revisão: 04

Para a Calibração do Peso Padrão, o mesmo foi apoiado no prato da balança, zerando-a, comparando o peso com a massa padrão, em uma série de Três Leituras.

Foi Realizada uma Série Mínima de Três Leituras para cada V.C.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0180	Balança Digital	RBC, Eduane Balanças Nº 5778/15	01/2017
MTR-0439	Termohigrômetro Digital	RBC, ABSI CAL-124034/15	05/2017
MTR-0178	Jogo de Peso Padrão	RBC, Eduane Balanças Nº 6255/15	06/2017

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Valor médio das indicações	K	U
kg		kg
1026,91	2,00	0,01

6 - OBSERVAÇÕES:

- Temperatura de referência: 20 °C $\pm$ 2°C, para as calibrações executadas nos laboratórios da METRUS.
- As leituras médias são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada valor de referência, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor convencional (V.C)
- Incerteza de Medição com aproximadamente 95% de probabilidade. (K=2)
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- As especificações descritas estão referenciadas à norma.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

D0495015-0416/MHP

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Luciano Claridino dos Santos


Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado