

1 - DADOS:

Cliente: Helptech Indústria e Comércio de Plásticos LTDA.
Endereço: Rua Irineu Torres, 25 - Distrito Industrial III - Araras - SP.
Equipamento: Termômetro Bimetálico **Modelo :** Analógico
Marca: KCI **Nº de Série:** Não consta
Nº de Ativo: EST-30 **Local da Calibração:** No cliente
Faixa de Indicação: 0 - 200 °C **Valor de uma Divisão:** 2 °C

2 - DATAS:**Recebimento:** 02/03/09**Calibração:** 02/03/09**Emissão:** 02/03/09**3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0014 Revisão: 3**

O sensor sob teste e o sensor padrão são inseridos num dispositivo de geração de calor, com temperatura controlada. São feitas três leituras do sensor padrão e do sensor sob teste, em valores próximos ao valor de referência. As leituras são interpoladas para o valor de VR para permitir os cálculos das incertezas de medição.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Relatório	Data de Validade
MTR-0001	Multímetro Digital HP34401A	RBC, METRACAL RBC1-9/0073	01/2011
MTR-0352	Sensor de Temperatura PT-100	RBC, Ecil 0441/08	01/2010

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:



V.V.C	Valor Médio das Indicações	Correções	K	U
°C	°C	°C		°C
80,0	80,19	0,19	2,00	0,82
100,0	100,68	0,68	2,00	0,82
120,0	121,16	1,16	2,00	0,82

6 - OBSERVAÇÕES:

- Temperatura de referência: 20 °C ± 2°C (entre 18°C e 22°C), e Umidade Relativa do ar : 60 ± 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nos laboratórios da METRUS.
- V.V.C - Valor Verdadeiro Convencional.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na Apresentação Valor Encontrado expressa que é a média de três Verificações.
- Correção: Valor Médio da Indicações - Valor Verdadeiro convencional (V.V.C)
- U (Incerteza Expandida) relatada é baseada em uma Incerteza Padronizada combinada multiplicada por um fator de abrangência K, para 95 % de Probabilidade. A Incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este relatório se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Os resultados da Pré-Calibração são os mesmos da Calibração.

7 - SIGNATÁRIOS:

FOR-0004 - Termômetro de Vidro


Edjackson Ribeiro da Silva
Metrologista
Claudinei G. Silva
Dir. Técnico
CREA-SP 5061051659