

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº E0495003-0614

1 - DADOS:

Cliente: Helptech Indústria e Comércio de Plásticos LTDA.
Endereço: Rua Irineu Torres, 25 - Distrito Industrial III - Araras - SP.
Equipamento: CLP + Termopar
Marca: Haitian
Nº de Ativo: MAQ-35
Faixa de Indicação: 0 - 450 °C

Modelo: SA4700
Nº de Série: 200807047019410
Local da Calibração: Instalações do Cliente
Valor de uma divisão: 1 °C

2 - DATAS: **Recebimento:** 25/06/2014 **Calibração:** 25/06/2014 **Emissão:** 27/06/2014

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0161 Revisão: 02

O sensor sob teste e o sensor padrão são inseridos num dispositivo de geração de calor, com temperatura controlada. São feitas três leituras do sensor padrão e do sensor sob teste, em valores próximos ao valor de referência. As leituras são interpoladas para o valor de V.R para permitir os cálculos das incertezas de medição.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0395	Calibrador Portátil Microprocessado	RBC, ECIL Nº 0445/14	01/2015
MTR-0444	Termohigrômetro Digital	RBC, ABSI CAL-102310/13	06/2015
MTR-0409	Termorresistência PT-100	RBC, Consistec CR-10926/12	11/2014

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

ZONAS	V.C.	V.M.P	Erro	k	U
	°C	°C	°C		°C
Bico	180	179,3	0,7	2,0	0,8
	240	238,2	1,8	2,0	0,8
	320	318,9	1,1	2,0	0,8
1	180	177,5	2,5	2,0	0,8
	240	238,4	1,6	2,0	0,8
	320	318,2	1,8	2,0	0,8
2	180	177,6	2,4	2,0	0,8
	240	238,8	1,2	2,0	0,8
	320	318,2	1,8	2,0	0,8
3	180	176,8	3,2	2,0	0,8
	240	238,1	1,9	2,0	0,8
	320	318,5	1,5	2,0	0,8
4	180	176,8	3,2	2,0	0,8
	240	238,0	2,0	2,0	0,8
	320	318,1	1,9	2,0	0,8
5	180	178,5	1,5	2,0	0,8
	240	238,6	1,4	2,0	0,8
	320	319,0	1,0	2,0	0,8
Oléo	20	20,2	-0,2	2,0	0,8
	40	40,3	-0,3	2,0	0,8
	60	60,2	-0,2	2,0	0,8

6 - OBSERVAÇÕES:

- Temperatura de referência: 23 °C ± 5°C, Umidade Relativa do ar : 60 %UR ± 15%UR. para as calibrações executadas nos laboratórios da METRUS.
- V.C - Valor Convencional, valor referenciado no instrumento em calibração.
- V.M.P - Valor Médio das Indicações no Padrão. São as medias das medições efetuadas no padrão.
- Erro: Valor Convencional - Valor Médio das Indicações no Padrão
- A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k = 2,00, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este Certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

E0495003-0614 / MHP

FOR-004 -CLP+Termopar

7 - SIGNATARIOS:

Executante: Luis Henrique Gomes da Silva **Página 1 de 1**


Claudinei Gomes da Silva
Signatário Autorizado

CLAUDINEI GOMES DA SILVA LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO - METRUS

Rua José Verissimo da Silva, 305 - Jd. Santana Parolli - Limeira - SP. Fone: (19) 3441-5280 - contato@metruscalibracao.com.br