

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº E0495003-0809

1 - DADOS:

Cliente: Helptech Indústria e Comércio de Plásticos LTDA.
Endereço: Rua Irineu Torres, 25 - Distrito Industrial III - Araras - SP.
Equipamento: Indicador de Temperatura Digital CLP + Termopar
Marca: Haitian
Nº de Ativo: MAQ-06
Faixa de Indicação: 0 - 450 °C

Modelo: não consta
Nº de Série: não consta
Local da Calibração: no cliente
Valor de uma divisão: 1 °C

2 - DATAS: **Recebimento:** 27/08/09 **Calibração:** 27/08/09 **Emissão:** 03/09/09

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0161 Revisão: 0

O sensor sob teste e o sensor padrão são inseridos num dispositivo de geração de calor, com temperatura controlada. São feitas três leituras do sensor padrão e do sensor sob teste, em valores próximos ao valor de referência. As leituras são interpoladas para o valor de VR para permitir os cálculos das incertezas de medição.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Relatório	Data de Validade
MTR-0011	Multi Calibrador MCX Unomat	RBC, VISOMES LV 10241/09	02/2011
MTR-0352	Termoresistência Tipo PT-100	RBC, Ecil RBC 0441/08	01/2010

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

ZONAS	V.V.C.	Valor Médio das Indicações	Correção	U	K
	°C	°C	°C	°C	
Bico	180,0	177,73	-2,27	0,89	2,00
	250,0	247,43	-2,57	0,89	2,00
	320,0	317,62	-2,38	0,89	2,00
1	180,0	178,32	-1,68	0,89	2,00
	250,0	247,72	-2,28	0,89	2,00
	320,0	317,22	-2,78	0,89	2,00
2	180,0	181,21	1,21	0,89	2,00
	250,0	250,30	0,30	0,89	2,00
	320,0	320,70	0,70	0,89	2,00
3	180,0	181,82	1,82	0,89	2,00
	250,0	250,50	0,50	0,88	2,00
	320,0	320,40	0,40	0,88	2,00
4	180,0	178,91	-1,09	0,88	2,00
	250,0	247,82	-2,18	0,88	2,00
	320,0	317,62	-2,38	0,88	2,00

6 - OBSERVAÇÕES:


- Temperatura de referência: 20 °C $\pm$ 2°C (entre 18°C e 22°C), e Umidade Relativa do ar : 60 $\pm$ 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nos laboratórios da METRUS.
- V.V.C - Valor Verdadeiro Convencional.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na Apresentação Valor Encontrado expressa que é a média de três Verificações.
- Correção: Valor Médio da Indicações - Valor Verdadeiro convencional (V.V.C)
- U (Incerteza Expandida) relatada é baseada em uma Incerteza Padronizada combinada multiplicada por um fator de abrangência K, para 95 % de Probabilidade. A Incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este relatório se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

E0495003-0809 / PHF

FOR-0004 - Controlador Termo Digital

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Paulo Henrique Fernandes


Wellington Fernando Santos Oliveira
Signatário Autorizado