

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº E0495004-1009

1 - DADOS:

Cliente: Helptech Indústria e Comércio de Plásticos LTDA.
Endereço: Rua Irineu Torres, 25 - Distrito Industrial III - Araras - SP
Equipamento: Estufa
Marca: Ero Electronic
Nº de Ativo: EST-14B
Faixa de Indicação: 0 - 399 °C

Modelo: CE
Nº de Série: Não Consta
Local da Calibração: No Cliente
Valor de uma Divisão: 1 °C

2 - DATAS:

Recebimento: 21/10/09

Calibração: 21/10/09

Emissão: 26/10/09

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0028 Revisão: 1

Para cada valor de referência, é injetado tensão equivalente conforme a tabela do termopar utilizado. São anotadas as temperaturas em que a indicação coincide com o valor de VR. A leitura é feita no padrão. As leituras são interpoladas para o valor de VR para permitir os cálculos das incertezas de medição.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Relatório	Data de Validade
MTR-0011	Multicalibrador UNOMAT MCX	RBC, VISOMES LV 10241/09	02/2011
MTR-0352	Termoresistência PT-100	RBC, Ecil 0441/08	01/2010

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

V.V.C.	Valor Médio da Indicações	Correção	K	U
°C	°C	°C		°C
80,0	81,15	1,15	2,00	0,33
100,0	101,20	1,20	2,00	0,33
120,0	121,45	1,45	2,00	0,33

6 - OBSERVAÇÕES:


- Temperatura de referência: 20 °C $\pm$ 2°C (entre 18°C e 22°C), e Umidade Relativa do ar : 60 $\pm$ 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nos laboratórios da METRUS.
- V.V.C - Valor Verdadeiro Convencional.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na Apresentação Valor Encontrado expressa que é a média de três Verificações.
- Correção: Valor Médio da Indicações - Valor Verdadeiro convencional (V.V.C)
- U (Incerteza Expandida) relatada é baseada em uma Incerteza Padronizada combinada multiplicada por um fator de abrangência K, para 95 % de Probabilidade. A Incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este relatório se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Os resultados da Pré-Calibração são os mesmos da Calibração.

E0495004-1009 / MAS

FOR-0004 - Termômetro Analógico

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Rosival Severino de Oliveira



Claudinei Gomes da Silva
Signatário Autorizado