

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº E0495006-0710

1 - DADOS:

Cliente: Helptech Indústria e Comércio de Plásticos LTDA.
Endereço: Rua Irineu Torres, 25 - Distrito Industrial III - Araras - SP.
Equipamento: Rack de Temperatura
Marca: Eroeletronic
Nº de Ativo: CON-14
Faixa de Indicação: Não consta
Modelo: Não consta
Nº de Série: Não consta
Local da Calibração: No cliente
Valor de uma divisão: 1 °C

2 - DATAS: Recebimento: 06/07/2010 Calibração: 06/07/2010 Emissão: 26/07/2010

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0004 Revisão: 0

Para cada valor de referência, é injetado tensão equivalente conforme a tabela do termopar utilizado. São anotadas as temperaturas indicadas no display.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Relatório	Data de Validade
MTR-0011	Multi Calibrador MCX Unomat	RBC, VISOMES LV 10241/09	03/2011

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

ZONAS	V.V.C.	Valor Médio das Indicações	Erro	K	U
	°C	°C	°C		°C
1	180,0	181,50	1,50	2,00	0,66
	240,0	241,70	1,70	2,00	0,66
	320,0	321,90	1,90	2,00	0,66
2	180,0	181,50	1,50	2,00	0,66
	240,0	242,10	2,10	2,00	0,66
	320,0	322,40	2,40	2,00	0,66
3	180,0	182,10	2,10	2,00	0,66
	240,0	242,50	2,50	2,00	0,66
	320,0	322,50	2,50	2,00	0,66
4	180,0	181,30	1,30	2,00	0,66
	240,0	241,70	1,70	2,00	0,66
	320,0	321,90	1,90	2,00	0,66
5	180,0	181,50	1,50	2,00	0,66
	240,0	242,10	2,10	2,00	0,66
	320,0	322,40	2,40	2,00	0,66
6	180,0	182,30	2,30	2,00	0,66
	240,0	242,50	2,50	2,00	0,66
	320,0	322,90	2,90	2,00	0,66

6 - OBSERVAÇÕES:


- Temperatura de referência: 20 °C ± 2°C (entre 18°C e 22°C), e Umidade Relativa do ar : 60 ± 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nos laboratórios da METRUS.
- V.V.C - Valor Verdadeiro Convencional.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na Apresentação Valor Encontrado expressa que é a média de três Verificações.
- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor Verdadeiro convencional (V.V.C)
- U (Incerteza Expandida) relatada é baseada em uma Incerteza Padronizada combinada multiplicada por um fator de abrangência K, para 95 % de Probabilidade. A Incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este relatório se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Os resultados da Pré-Calibração são os mesmos da Calibração.

E0495006-0710 / LHGS

FOR-0004 - Controlador Temp Digital

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Luis Henrique Gomes da Silva


Wellington Fernando Santos Oliveira
Signatário Autorizado