

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº P0495009-0912

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

1 - DADOS:

Cliente: Helptech Indústria e Comércio de Plásticos LTDA.
Endereço: Rua Irineu Torres, 25 - Distrito Industrial III - Araras - SP.
Equipamento: Manômetro Analógico **Modelo:** Classe B ABNT
Marca: Tecsis **Nº de Série:** Não consta
Nº de Ativo: MAN-051 **Local da Calibração:** No cliente
Faixa de Indicação: 0 - 4000 psi **Menor Divisão:** 100 psi

2 - DATAS: Recebimento: 21/09/12 Calibração: 21/09/12 Emissão: 24/09/12

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0020 Revisão: 00

O Instrumento foi calibrado com um padrão de trabalho do laboratório com incerteza de 0,05%, a calibração foi feita por meio de comparação direta, sendo que o valor de referencia é setado no instrumento sobre teste e lido no padrão de trabalho do laboratório

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Relatório	Data de Validade
MTR-0018	Calibrador de Pressão BETA 320	RBC, ABSI 92038/12-92039/12	07/2014

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Unidades		Pressão indicada Padrão		Pressão indicada Padrão	
Sistema Internacional	Pressão indicada Teste	Primeiro Ciclo		Segundo Ciclo	
		Carrego	Descarrego	Carrego	Descarrego
MPa	psi	psi	psi	psi	psi
0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0
5,52	800	814,6	812,9	815,9	813,6
11,03	1600	1620,8	1617,6	1621,9	1618,8
16,55	2400	2432,3	2429,8	2433,4	2431,1
22,06	3200	3247,0	3245,3	3248,5	3246,0
27,58	4000	4053,6	4050,7	4057,5	4051,8

Características Metrológicas	% Em Relação ao Final de Escala	psi
Erro fiducial (Índice da Classe):	1,44	57,5
Incerteza de Medição:	0,09	3,7
Histerese:	0,14	5,7
Repetitividade:	0,10	3,9

6 - OBSERVAÇÕES:


- Localização: MAQ-006
- 1 MPa = 145,0377 psi. (MPa = megapascal, unidade de pressão SI)
- Temperatura de referência: 20 °C ± 2°C e UR% do ar : 50 ± 20 % UR. para as calibrações executadas nos laboratórios da METRUS.
- A variação da temperatura para calibrações nas instalações dos clientes não foram superiores a 4°C da temperatura inicial para final."
- A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k = 2,00, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este relatório se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

P0495009-0912 / JGQ

FOR-0004 - Manômetro

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Junior Gomes de Queiroz



Claudinei Gomes da Silva
Signatário Autorizado