

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº P0495007-0313

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

1 - DADOS:

Cliente: Helptech Indústria e Comércio de Plásticos LTDA.
Endereço: Rua Irineu Torres, 25 - Distrito Industrial III - Araras - SP.
Equipamento: Manômetro Analógico **Modelo:** Classe A ABNT
Marca: KOREA NAGANO **Nº de Série:** não consta
Nº de Ativo: MAQ-59-PS **Local da Calibração:** Instalações do Cliente
Faixa de Indicação: 0 - 5000 psi **Menor Divisão:** 100 psi

2 - DATAS: Recebimento: 13/03/13 Calibração: 13/03/13 Emissão: 14/03/13

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0020 Revisão: 00

O Instrumento foi calibrado com um padrão de trabalho do laboratório com incerteza de 0,02%, a calibração foi feita por meio de comparação direta, sendo que o valor de referência é setado no instrumento sobre teste e lido no padrão de trabalho do laboratório

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Relatório	Data de Validade
MTR-0018	Calibrador de Pressão BETA 320	RBC, ABSI 92038/12-92039/12	07/2014

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Unidades		Pressão indicada Padrão Primeiro Ciclo		Pressão indicada Padrão Segundo Ciclo	
Sistema Internacional	Pressão indicada Teste	Carrego	Descarrego	Carrego	Descarrego
MPa	psi	psi	psi	psi	psi
0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
6,89	1000,0	990,80	983,90	993,90	986,70
13,79	2000,0	1985,97	1978,86	1979,86	1980,06
20,68	3000,0	2977,03	2969,73	2973,13	2964,83
27,58	4000,0	3970,00	3960,90	3968,40	3958,30
34,47	5000,0	4961,07	4956,47	4958,27	4950,17

Características Metrológicas	% Em Relação ao Final de Escala	psi
Erro fiducial (Índice da Classe):	-1,00	-49,83
Incerteza de Medição:	0,10	4,94
Histerese:	0,20	10,10
Repetitividade:	0,13	6,30

6 - OBSERVAÇÕES:


- 1 MPa = 145,0377 psi. (MPa = megapascal, unidade de pressão SI)
- Temperatura de referência: 20 °C ± 2°C e UR% do ar : 50 ± 20 % UR. para as calibrações executadas nos laboratórios da METRUS.
- A variação da temperatura para calibrações nas instalações dos clientes não foram superiores a 4°C da temperatura inicial para final."
- A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k = 2,00, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este Certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Pressão do Sistema**

P0495007-0313 / CGS

FOR-0004 - Manômetro

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Junior Gomes de Queiroz


Claudinei Gomes da Silva
Signatário Autorizado