



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº P0495008-0910

1 - DADOS:

Cliente: Helptech Indústria e Comércio de Plásticos LTDA.
Endereço: Rua Irineu Torres, 25 - Distrito Industrial III - Araras - SP.
Equipamento: Manômetro **Modelo:** Não consta
Marca: TECSIS **Nº de Série:** Não consta
Nº de Ativo: MAQ-36 **Local da Calibração:** No cliente
Faixa de Indicação: 0 - 25 MPa **Menor Divisão:** 1 MPa

2 - DATAS: Recebimento: 21/09/2010 **Calibração:** 21/09/2010 **Emissão:** 23/09/2010

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0020 Revisão: 3

O Instrumento foi calibrado com um padrão de trabalho do laboratório com incerteza de 0,02%, a calibração foi feita por meio de comparação direta, sendo que o valor de referencia é setado no instrumento sobre teste e lido no padrão de trabalho do laboratório

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Relatório	Data de Validade
MTR-0018	Calibrador de Pressão BETA 320	RBC, ABSI 72962/10	06/2012

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Sistem Internacional	Pressão indicada Padrão		Pressão indicada Padrão	
Pressão indicada Teste	Primeiro Ciclo		Segundo Ciclo	
	Carrego	Descarrego	Carrego	Descarrego
MPa	MPa	MPa	MPa	MPa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	5,10	5,06	5,12	5,10
10,00	10,18	10,12	10,20	10,09
15,00	15,14	15,10	15,16	15,10
20,00	20,20	20,16	20,20	20,16
25,00	25,26	25,16	25,26	25,17

Características Metrológicas	% Em Relação ao Final de Escala	MPa
Erro fiducial (Índice da Classe):	1,04	0,26
Incerteza de Medição:	1,64	0,41
Histerese:	0,16	0,11
Repetitividade:	0,44	0,04

6 - OBSERVAÇÕES:


- B1 - Pressão do Sistema
- Temperatura de referência: 20 °C ± 2°C e Umidade Relativa do ar : 50 ± 20 % UR. para as calibrações executadas nos laboratórios da METRUS.
- A incerteza de medição é relatada de forma expandida, sendo multiplicada pelo fator de abrangência K=2 que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- Este relatório se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

P0495008-0910 / LHGS

FOR-0004 - Manômetro

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Luis Henrique Gomes da Silva


Wellington Fernando Santos Oliveira
Signatário Autorizado