

RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO METRUS Nº M07090158

1 - DADOS:

Cliente: DPaschoal - Comercial Automotiva Ltda.
Endereço: Av. Anton Von Zuben, 2155 - Jardim do Lago II - Campinas - SP.
Equipamento: Relógio Comparador **Local da Calibração:** Laboratório da Metrus
Nº de Ativo: SE 7314 C **Faixa de Indicação:** 0 - 10 mm **Marca:** Starrett
Nº de Série: 116426 **Valor de uma divisão:** 0,01 mm **Modelo:** 3025-481

2 - DATAS: **Recebimento:** 5/9/2007 **Calibração:** 6/9/2007 **Emissão:** 6/9/2007

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0041 Revisão: 3

O relógio foi fixado no Tambor Micrométrico. O valor de referência é posicionado no Relógio Comprador e lidos respectivamente no Padrão. Os Resultados da Calibração foram Obtidos deslocando-se o banco micrométrico no sentido de Entrada e Saída da Haste Móvel do Relógio.

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Relatório	Data de Validade	Rastreabilidade
MTR-0096	Tambor Micrométrico Digital	Aferitec 0090/2007	07/2008	INMETRO (RBC)

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Valor Indicado no Mensurando	Correção	
	Entrada da Haste Móvel	Saída da Haste Móvel
mm	mm	mm
0,000	0,0000	-0,0010
0,100	0,0000	-0,0010
0,200	0,0020	0,0020
0,300	-0,0020	-0,0010
0,400	-0,0049	-0,0049
0,500	-0,0040	-0,0040
0,600	-0,0010	-0,0010
0,700	0,0000	0,0000
0,800	0,0000	0,0000
0,900	-0,0030	-0,0030
1,000	-0,0030	-0,0030
1,500	-0,0060	-0,0060
2,000	-0,0060	-0,0060
2,500	-0,0060	-0,0060
3,000	-0,0090	-0,0100
3,500	-0,0120	-0,0110
4,000	-0,0100	-0,0100
4,500	-0,0120	-0,0110



RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO METRUS Nº M07090158

Continuação dos resultados de Calibração:

Valor Indicado no Mensurando	Correção	
	Entrada da Haste Móvel	Saída da Haste Móvel
5,000	-0,0100	-0,0100
6,000	-0,0080	-0,0080
7,000	-0,0080	-0,0080
8,000	-0,0070	-0,0070
9,000	-0,0050	-0,0050
10,000	-0,0060	-0,0060

Parâmetros	Valores	K	U
	mm		mm
Correção	-0,0120	2,00	0,0030
fe	0,0140	2,00	0,0030
fu	0,0010	2,00	0,0030
fges	0,0140	2,00	0,0030

- **Correção:** Valor adicionado algébricamente ao valor indicado no relógio comparador, para obter o resultado corrigido.
- **fe:** O Desvio fe é a Distância de ordenadas entre o ponto mais elevado e o ponto mais profundo do transcorrer do desvio efetivo sobre o campo de indicação com o pino de medição executando um deslocamento para dentro.
- **fges:** O desvio total fges é a distância das ordenadas entre o ponto mais elevado e o ponto mais profundo do transcorrer do desvio efetivo sobre o campo de indicação nos deslocamentos para fora e para dentro do pino de medição
- **fu:** A faixa de Inversão do valor de Medição fu é a diferença nas indicações na mesma dimensão de comprimento nos movimentos para dentro e para fora do pino de medição em relação ao aparelho de medição (comparador).

6 - OBSERVAÇÕES:


- Temperatura de referência: $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ (entre 18°C e 22°C), e Umidade Relativa do ar : 60 ± 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nos laboratórios da METRUS.
- V.V.C - Valor Verdadeiro Convencional.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na Apresentação Valor Encontrado expressa que é a média de três Verificações.
- Correção: Valor Médio da Indicações - Valor Verdadeiro convencional (V.V.C)
- U (Incerteza Expandida) relatada é baseada em uma Incerteza Padronizada combinada multiplicada por um fator de abrangência K, para 95 % de Probabilidade. A Incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este relatório se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Os resultados da Pré-Calibração são os mesmos da Calibração.

S07090153/CGS

FOR-0004 - Relógio Comparador

7 - SIGNATÁRIOS:


Celso M. Paula
 Coordenador do Laboratório


Claudinei G. Silva
 Dir. Técnico
 CREA-SP 5061051659