

1 - DADOS:

Cliente: DPaschoal - Comercial Automotiva Ltda.
Endereço: Av. Anton Von Zuben, 2155 - Jardim do Lago II - Campinas - SP.
Equipamento: Manômetro Digital **Modelo:** DG-M4
Marca: Plana **Nº de Série:** Não consta
Nº de Ativo: SE 2489 D **Local da Calibração:** Laboratório da Metrus
Faixa de Indicação: 0 - 20 bar **Menor Divisão:** 0,01 bar

2 - DATAS: Recebimento: 13/05/09

Calibração: 14/05/09

Emissão: 14/05/09

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0020 Revisão: 0

O Instrumento foi calibrado com um padrão de trabalho do laboratório com incerteza de 0,02%, a calibração foi feita por meio de comparação direta, sendo que o valor de referencia é setado no instrumento sobre teste e lido no padrão de trabalho do laboratório

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Relatório	Data de Validade
MTR-0018	Calibrador de Pressão BETA 320	RBC, ABSI 55955/08	06/2010

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Unidades		Pressão Indicada		Pressão Indicada	
Sistema Internacional	Instrumento	PRIMEIRO CICLO		SEGUNDO CICLO	
Pressão de Referência		Carrego	Descarrego	Carrego	Descarrego
Mpa	bar	bar	bar	bar	bar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,30	3,00	2,89	2,90	2,89	2,91
0,50	5,00	4,95	4,94	4,95	4,94
1,00	10,00	9,92	9,90	9,93	9,93
1,50	15,00	14,93	14,92	14,91	14,91
1,80	18,00	17,90	17,91	17,90	17,91



Características Metrológicas	% Em Relação ao Final de Escala	bar
Erro fiducial (Índice da Classe):	-0,55	-0,11
Incerteza de Medição:	0,14	0,03
Histerese:	0,10	0,02
Repetitividade:	0,15	0,03

6 - OBSERVAÇÕES:

- 1 Mpa = 10 bar. (Mpa = megapascal, unidade de pressão SI)
- Temperatura de referência: 20 °C ± 2°C (entre 18°C e 22°C), e Umidade Relativa do ar : 60 ± 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nos laboratórios da METRUS.
- A incerteza de medição é relatada de forma expandida, sendo multiplicada pelo fator de abrangência K=2 que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- Este relatório se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

P0090010-0509 / DLT

FOR-0004 - Manômetro 1000 psi

7 - SIGNATÁRIOS:
Wellington F. Santos Oliveira
Coordenador do Laboratório Elétrica
Claudinei G. Silva
Dir. Técnico
CREA-SP 5061051659