

**1 - DADOS:**

Cliente: Vasatex Indústria de Cerâmica Ltda.
Endereço: Rod. Waldomiro Correa de Camargo s/n KM 59 - Tapera Grande - Itu - SP.
Equipamento: Controlador de Temperatura Digital **Modelo:** FAY-500
Marca: Alutal **Nº de Série:** Não consta
Nº de Ativo: CT-006 **Local da Calibração:** No cliente
Faixa de Indicação: 0 - 1200 °C **Valor de uma divisão:** 1 °C

2 - DATAS: **Recebimento:** 14/10/08 **Calibração:** 14/10/08 **Emissão:** 23/10/08

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0004 Revisão: 4

Para cada valor de referência, é injetado tensão equivalente conforme a tabela do termopar utilizado. São anotadas as temperaturas indicadas no display.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Relatório	Data de Validade
MTR-0011	Multi Calibrador MCX Unomat	RBC, VISOMES LV 2465/07	02/2009

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

V.V.C.	Valor Médio das Indicações	Correção	K	U
°C	°C	°C		°C
500,0	502,00	2,00	2,00	0,66
800,0	803,00	3,00	2,00	0,66
1000,0	1001,00	1,00	2,00	0,66


6 - OBSERVAÇÕES:


- Temperatura de referência: 20 °C ± 2°C (entre 18°C e 22°C), e Umidade Relativa do ar : 60 ± 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nos laboratórios da METRUS.
- V.V.C - Valor Verdadeiro Convencional.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na Apresentação Valor Encontrado expressa que é a média de três Verificações.
- Correção: Valor Médio das Indicações - Valor Verdadeiro convencional (V.V.C)
- U (Incerteza Expandida) relatada é baseada em uma Incerteza Padronizada combinada multiplicada por um fator de abrangência K, para 95 % de Probabilidade. A Incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este relatório se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Os resultados da Pré-Calibração são os mesmos da Calibração.

E0361026-1008 / DLT

FOR-0004 - Controlador Temp Digital

7 - SIGNATÁRIOS:


Wellington F. Santos Oliveira
Metrologista


Claudinei G. Silva
Dir. Técnico
CREA-SP 5061051659