

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0234016-0416

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

1 - DADOS:

Cliente: White Metal Ind. e Comércio Ltda.
 Endereço: Rua Miguel Martinês Lopes, Nº 75 - Jardim Itatinga - Campinas - SP
 Equipamento: Relógio Apalpador Local da Calibração: Instalações do Cliente
 Nº de Ativo: RA-039 Marca: Mitutoyo
 Nº de Série: SNE947 Modelo: 513-404
 Faixa de Indicação: 0 a 0,8 mm Valor de uma divisão: 0,01 mm

2 - DATAS: Recebimento: 29/04/2016 Calibração: 29/04/2016 Emissão: 03/05/2016

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0033 Revisão: 02


O Relógio Apalpador foi fixado no dispositivo Calibrador de Relógio. O valor de referência é posicionado no Relógio Apalpador e o mesmo acionado nos dois sentidos, Avanço e Retorno, para as duas posições e as leituras realizadas no padrão. Foram realizados três ciclos de medição para análise do desvio e cinco ciclos para a análise da repetibilidade, no meio do Relógio Apalpador.

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0450	Calibrador de Relógio Comparador	07545/15, Mitutoyo, CAL nº 0031	08/2018
MTR-0439	Termohigrômetro Digital	124034/15, ABSI, CAL nº 0056	05/2017

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Posição 1		
Valor Indicado no Instrumento	Erro	
	Avanço	Retorno
mm	mm	mm
0,000	0,000	-0,001
0,100	0,000	0,000
0,200	0,001	0,001
0,300	-0,001	0,000
0,400	-0,001	-0,002
0,500	-0,003	-0,003
0,600	-0,004	-0,003
0,700	-0,002	-0,002
0,800	-0,001	0,000



Parâmetros	Valores	K	veef	U
	mm			mm
fges	0,005	2,00	Infinito	0,002
fe	0,005			
fu	0,001			
fw	0,001			

- **fges**: O desvio fges é a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.
- **fe**: O Desvio fe é a amplitude dos erros no sentido de avanço.
- **fu**: Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto
- **fw**: Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

Repetibilidade Avanço			
Ponto Verificado	Média	K	U
	mm		mm
MEIO	0,001	2,00	0,002


Repetibilidade Retorno			
Ponto Verificado	Média	K	U
	mm		mm
MEIO	0,001	2,01	0,002

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0234016-0416

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Valor Indicado no Instrumento	Posição 2	
	Erro	
	Avanço	Retorno
mm	mm	mm
0,000	0,000	0,000
0,100	0,002	0,002
0,200	0,003	0,002
0,300	0,002	0,002
0,400	0,000	0,002
0,500	-0,001	-0,001
0,600	0,000	0,000
0,700	0,000	0,000
0,800	0,003	0,003



Parâmetros	Valores mm	K	veef	U mm
fges	0,004	2,00	Infinito	0,002
fe	0,004			
fu	0,002			
fw	0,001			

- **fges**: O desvio fges é a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.
- **fe**: O Desvio fe é a amplitude dos erros no sentido de avanço.
- **fu**: Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto
- **fw**: Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

Repetibilidade Avanço			
Ponto Verificado	Média mm	K	U mm
MEIO	0,001	2,01	0,002

Repetibilidade Retorno			
Ponto Verificado	Média mm	K	U mm
MEIO	0,001	2,00	0,002

6 - OBSERVAÇÕES:

- Temperatura de referência: 20 °C ± 2°C (entre 18°C à 22°C), e Umidade Relativa do ar : 60 ± 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nas instalações do cliente.
- V.C - Valor Convencional.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na Apresentação Valor Encontrado expressa que é a média de três Verificações.
- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor convencional (V.C)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veef) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

D0234016-0416/MHP

FOR-0004-RAC - REV.04 - DATA: 14/04/2016

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Matheus Henrique Pelizari

Celso Moreira da Paula
Signatário Autorizado