

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0234025-0716

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

1 - DADOS:

Cliente: White Metal Ind. e Comércio Ltda.
Endereço: Rua Miguel Martinês Lopes, N° 75 - Jardim Itatinga - Campinas - SP
Equipamento: Micrômetro Externo Intercambiável Local da Calibração: Instalações do Cliente
Marca: Digimess Modelo: Não Consta
N° de Ativo: MC 027 N° de Série: 030495696
Faixa de Indicação: 600 a 700 mm Valor de uma divisão: 0,01 mm

2 - DATAS: Recebimento: 01/07/2016 Calibração: 01/07/2016 Emissão: 05/07/2016

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0040 Revisão: 04

O Micrômetro foi zerado no início da capacidade do instrumento. Os erros de medição do micrômetro foram verificados através da medição direta em Blocos Padrões nas dimensões estabelecidas, sendo efetuado a leitura diretamente no Micrômetro. Foram realizados três ciclos de medição.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0363	Jogo de Blocos Padrão	1033/14, Mitutoyo, CAL nº 0031	02/2019
MTR-0255	Jogo de Blocos Padrão	12786/11, Mitutoyo, CAL nº 0031	09/2016
MTR-0423	Jogo de Blocos Padrão	15016/12, Mitutoyo, CAL nº 0031	11/2019
MTR-0439	Termohigrômetro Digital	124034/15, ABSI, CAL nº 0056	05/2017

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

MEDIÇÃO DO FUSO					
V.C mm	Valor médio das indicações mm	Erro mm	K	Veef	U mm
600,00	600,000	0,000	2,00	Infinito	0,004
602,50	602,500	0,000	2,00	Infinito	0,004
605,10	605,100	0,000	2,00	Infinito	0,005
607,70	607,701	0,001	2,00	Infinito	0,005
610,30	610,301	0,001	2,00	Infinito	0,005
612,90	612,901	0,001	2,00	Infinito	0,005
615,00	615,002	0,002	2,00	Infinito	0,005
617,60	617,602	0,002	2,00	Infinito	0,005
620,20	620,202	0,002	2,00	Infinito	0,005
622,80	622,803	0,003	2,00	Infinito	0,005
625,00	625,003	0,003	2,00	Infinito	0,005

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0234025-0716

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

MEDIÇÃO DAS HASTES PROLONGADORAS				625,000 mm	
V.C mm	Valor médio das indicações mm	Erro mm	K	Veef	U mm
625,00	624,998	-0,002	2,00	Infinito	0,005

MEDIÇÃO DAS HASTES PROLONGADORAS				650,000 mm	
V.C mm	Valor médio das indicações mm	Erro mm	K	Veef	U mm
650,00	649,998	-0,002	2,00	Infinito	0,005

MEDIÇÃO DAS HASTES PROLONGADORAS				675,000 mm	
V.C mm	Valor médio das indicações mm	Erro mm	K	Veef	U mm
675,00	674,997	-0,003	2,00	Infinito	0,005

6 - OBSERVAÇÕES:

- Temperatura de referência: 20 °C ± 2°C (entre 18°C à 22°C), e Umidade Relativa do ar : 60 ± 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nas instalações do cliente.
- V.C - Valor Convencional.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na Apresentação Valor Encontrado expressa que é a média de três Verificações.
- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor convencional (V.C)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veef) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

D0234025-0716/ALA

FOR-0004-MIC - REV.03 - DATA: 09/01/2016

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Luís Fernando Vendramini


Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado