

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO

Laboratório de Calibração Acreditado pela CGCRE / INMETRO sob n° 031

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N°. 2913/06

Cliente: " METRUS LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO LTDA "


Objeto Calibrado : Calibrador Anel Liso Cilíndrico

Código: Não consta

Nº. de série : Não consta

Data da calibração: 06 de Abril de 2006

4 - Resultado da medição: O resultado é a média das medições.



Diâmetro Gravado (mm)	Diâmetro Verificado (mm)		Incerteza de Medição (mm)
11,500	Posição " 1 "	11,5011	0,0010
	Posição " 2 "	11,5014	0,0010

5 - Incerteza de medição:

A incerteza declarada é baseada em uma incerteza padrão combinada multiplicada por um fator de abrangência $k = 2$ para um nível de confiança de aproximadamente 95%.