



PADRÃO
Tecnologia em Balanças e Comercial Ltda.

Rede Brasileira de Calibração
Laboratório Padrão Balanças
Acreditado pelo INMETRO



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº MA 032_06_06

Página: 1/2

Solicitante:

Nome: Metrus Laboratório de Calibração Ltda - ME

Endereço: Rua 25 de Março, 179 Limeira / SP

Contratante:

Nome: O Mesmo

Endereço: O Mesmo

OBJETO CALIBRADO:

Peso-padrão 4 peça (s)

FABRICANTE:

Não Consta

IDENTIFICAÇÃO:

MTR 033*

Nº DE SÉRIE:

Não Consta

CLASSE DECLARADA:

Não Constatada

DATA DE CALIBRAÇÃO:

27/06/06

EMIÇÃO DO CERTIFICADO:

28/06/06

Nº DO PROCESSO:

27001-06/2006

A calibração foi realizada conforme procedimento interno, pelo método de comparação direta, com os padrões do laboratório da Padrão, segundo a classificação da OIML, conforme Instrução Técnica IT 022 do Manual da Qualidade da Padrão Balanças.

Rastreabilidade

Balança: Ohaus, Explorer, PA-EL 003, certificado n.º BA 003_01_06, válido até 27/07/2006.

Peso-padrão: classe E2, TAG: PA - 20kg, certificado n.º M11208/04, válido até 21/01/2008.

Condições Ambientais

Condições Ambientais Durante a Calibração:

Temperatura: 20 °C

Umidade Relativa do Ar: 45,7 %

Pressão Atmosférica: 937 hPa

Termohigrômetro, TAG n.º PA-TH 002, Certificado de Calibração n.º LTR 7720/04 Emitido por Visomes Válido até /09/2006.

Barômetro, TAG n.º PA-BAR 002, Certificado de Calibração n.º DIMCI 2140/2005 Emitido por Inmetro Válido até /11/2007.

Este certificado atende aos requisitos de credenciamento do INMETRO (NBR ISO/IEC 17025:2005), o qual avaliou a competência de medição do laboratório e comprovou a sua rastreabilidade a padrões nacionais de medidas. A Padrão Balanças autoriza a reprodução deste certificado, desde que a cópia do mesmo sempre seja apresentado de forma integral.