



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº MA 032_06_06


Página: 2/2


RESULTADOS OBTIDOS

ITEM	MASSA NOMINAL (g)	MARCAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO	Valor Encontrado (g)		MATERIAL	INCERTEZA
				Sem Ajuste	Com Ajuste		
1	20000	Não Consta	MTR 0333	19.973,2	19.999,7	Ferro Fundido (cinza)	$\pm 0,4$ g
2	20000	Não Consta	MTR 0334	19.979,9	19.999,6	Ferro Fundido (cinza)	$\pm 0,4$ g
3	20000	Não Consta	MTR 0335	19.976,3	20.000,1	Ferro Fundido (cinza)	$\pm 0,4$ g
4	20000	Não Consta	MTR 0336	19.965,0	20.000,1	Ferro Fundido (cinza)	$\pm 0,4$ g

Observações:

- * A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência $k = 2$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- * Este certificado apresenta resultados que se referem, exclusivamente, ao objeto calibrado, não sendo extensivo a nenhum outro equipamento ou lote. A sua reprodução somente poderá ser feita se integral e com a autorização formal da Padrão Balanças.
- * Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido a calibração, nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer lotes.
- * A Padrão autoriza a reprodução deste certificado, desde que qualquer cópia sempre apresente seu conteúdo de forma integral.


Erick Augusto de Souza
Gerente Técnico


José Augusto da Silva Azevedo
Gerente da Qualidade

Este certificado atende aos requisitos de credenciamento do INMETRO (NBR ISO/IEC 17025:2005), o qual avaliou a competência de medição do laboratório e comprovou a sua rastreabilidade a padrões nacionais de medidas. A Padrão Balanças autoriza a reprodução deste certificado, desde que a cópia do mesmo sempre seja apresentado de forma integral.