



LABORATÓRIO DE METROLOGIA - VISOMES
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N.º LV 10241/09

4.4) TERMOPAR TIPO T

MODO DE LEITURA (IN)			
Leitura no mensurando (°C)	V.V.C. (mV)	V.V.C. (°C)	Erro (°C)
-40,0	-1,4776	-40,1	0,1
0,0	-0,0027	-0,1	0,1
100,0	4,2728	99,9	0,1
200,0	9,2849	199,9	0,1
399,0	20,8047	398,9	0,1
Incerteza de Medição ($\pm$) °C			0,3

4.5) TERMOPAR TIPO S

MODO DE LEITURA (IN)			
Leitura no mensurando (°C)	V.V.C. (mV)	V.V.C. (°C)	Erro (°C)
100,0	0,6431	99,6	0,4
500,0	4,2292	499,6	0,4
900,0	8,4455	899,7	0,3
1300,0	13,1560	1299,7	0,3
1700,0	17,9435	1699,7	0,3
Incerteza de Medição ($\pm$) °C			1,0

4.6) TERMOPAR TIPO R

MODO DE LEITURA (IN)			
Leitura no mensurando (°C)	V.V.C. (mV)	V.V.C. (°C)	Erro (°C)
100,0	0,6447	99,6	0,4
500,0	4,4663	499,5	0,5
900,0	9,2011	899,7	0,3
1300,0	14,6237	1299,6	0,4
1700,0	20,2164	1699,6	0,4
Incerteza de Medição ($\pm$) °C			1,0