




Visomes Comercial Metrológica Ltda.



LABORATÓRIO DE METROLOGIA - VISOMES

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N.º LV 2465/07

4.3) TERMOPAR TIPO T

MODO DE LEITURA (IN)			
Leitura no mensurando (°C)	V.V.C. (mV)	V.V.C. (°C)	Erro (°C)
-40,0	-1,4762	-40,0	0,0
0,0	-0,0024	-0,1	0,1
100,0	4,2748	99,9	0,1
200,0	9,2822	199,9	0,1
399,0	20,8100	399,0	0,0
Incerteza de Medição (±) °C			0,3

4.4) TERMOPAR TIPO S

MODO DE LEITURA (IN)			
Leitura no mensurando (°C)	V.V.C. (mV)	V.V.C. (°C)	Erro (°C)
100,3	0,6450	99,9	0,4
500,1	4,2324	499,9	0,2
900,6	8,4535	900,4	0,2
1300,4	13,1612	1300,2	0,2
1700,1	17,9460	1699,9	0,2
Incerteza de Medição (±) °C			1,0

**CÓPIA NÃO
CONTROLADA**

4.5) TERMOPAR TIPO R

MODO DE LEITURA (IN)			
Leitura no mensurando (°C)	V.V.C. (mV)	V.V.C. (°C)	Erro (°C)
100,2	0,6466	99,9	0,3
500,0	4,4672	499,6	0,4
900,6	9,2100	900,4	0,2
1300,5	14,6326	1300,3	0,2
1700,3	20,2223	1700,0	0,3
Incerteza de Medição (±) °C			1,0