


Solicitante:

CGS Laboratório de Calibração e Metrologia Ltda
Avenida Pedro Perissotto, 2954 - Limeira / SP

Contratante:

O Mesmo
O Mesmo



Objeto Calibrado: Peso Padrão 1 Peça

Descrição do Objeto Calibrado	10 kg	Identificação do Conjunto	MTR-0123
Nome do Fabricante	WL	Número de Série	Não consta
Classe Declarada	M1	Número do Processo	0027011-09/2025
Data do Recebimento	01/09/2025	Data da Emissão	15/09/2025



Gerente da Qualidade

Data da Calibração **04/09/2025**

Técnico Executante **Marcus Vinicius**

Jose Augusto da Silva

A calibração foi realizada por comparação direta com pesos de referência utilizando-se o método de dupla substituição 'ABBA', com pesos de referência de classe superior ao objeto medido, segundo a classificação da OIML R111-1 e portaria 289/21, conforme Instrução Técnica 022 do Manual da Qualidade da Padrão Balanças.

Rastreabilidade

Pesos Padrão

Peso Padrão, classe de exatidão F¹, Caixa 73, certificado nº MA 354_01_25, emitido por Padrão Balanças, válido até 01/2026

Balanças / Comparadores

Comparador de Massa: BAL 013, calibrado em 30/07/2025, certificado nº BA 061_07_25, emitido por Padrão Balanças, válido até 01/2026

Termo-higrômetro

Termo-higrômetro, TH 010, Certificado de Calibração nº CAL 249834/25, emitido por CAL 0056, válido até 06/2026

Barômetro

Barômetro, BAR 010, Certificado de Calibração nº CAL 249835/25, emitido por CAL 0056, válido até 06/2026

Condições Ambientais Durante a Calibração:

Temperatura: 23,2 °C ± 2 °C Umidade Relativa do Ar: 43,3 % ± 15 % Pressão Atmosférica: 931 hPa ± 10 hPa Massa Específica do Ar: 1,09 ± 0,0015 kg/m³

Observações:

- 