


Resultados (mm)

Results

Força de medição : 0,4 N



Posição	Resultado da medição	Diâmetro médio	k	U
0°	12,0006	12,0004	2,00	0,0005
	12,0006			
90°	12,0002			
	12,0002			

**CÓPIA NÃO
CONTROLADA**

As informações apresentadas neste documento referem-se exclusivamente ao objeto nele caracterizado, não sendo extensivo a quaisquer outros itens. Este documento somente pode ser reproduzido em sua forma integral; reproduções parciais devem ser previamente autorizadas pela Aferitec. A incerteza expandida U_{95} relatada é baseada em uma incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, fornecendo um nível de confiança de aproximadamente 95%.

Rua César Ladeira nº 183 - CEP 13424-142 - Fone PABX (0xx19) 3422-0215 - Fax (0xx19) 3432-2840 - Piracicaba - SP
e-mail: lab@ aferitec.com.br - C.N.P.J. 00.225.796/0001-80 - Inscrição Estadual 535.189.879.111