

1 - DADOS:

Cliente: MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA

Endereço: Avenida Santos Dumont, N° 1528 - Cidade Industrial Satélite - Guarulhos - SP

Equipamento: Relógio Comparador

N° de Ativo: RC-433

N° de Série: 4100098

Capacidade: 0 a 10 mm

Local da Calibração: Instalações do Cliente

Marca: Digimess

Modelo: Não Consta

Resolução: 0,01 mm

2 - DATAS:

Recebimento: 20/07/2023

Calibração: 20/07/2023

Emissão: 20/07/2023

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO N°

MPC-0041

Revisão: 04

O Relógio Comparador foi fixado no dispositivo Calibrador de Relógio, e o valor de referência é posicionado no Relógio Comparador e o mesmo acionado nos dois sentidos, de Avanço e Retorno, e as leituras realizadas no padrão. Foram realizados três ciclos de medição para análise dos desvio e cinco ciclos para a análise da repetibilidade, no meio do Relógio Comparador.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 2,0 °C

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

N° Padrão	Descrição do Equipamento	N° do Certificado	Data de Validade
MTR-0360	Termohigrometro Digital	E0178002-0223, Metrus, CAL 0442	02/2025
MTR-0450	Calibrador de Relógio	05021/21, Mitutoyo, CAL 0031	10/2023

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Resultados Expresso em mm

Valor posicionado no Instrumento	Média do Erro de Avanço	Média do Erro de Retorno	U
0,000	0,000	-0,002	0,002
0,100	0,001	0,003	0,002
0,200	0,001	0,003	0,002
0,300	0,001	0,002	0,002
0,400	0,000	0,001	0,002
0,500	0,000	0,002	0,002
0,600	0,002	0,003	0,002
0,700	0,001	0,003	0,002
0,800	0,000	0,000	0,002
0,900	-0,001	0,000	0,002
1,000	0,000	0,001	0,002
1,500	0,001	0,003	0,002
2,000	0,000	0,001	0,002
2,500	0,001	0,002	0,002
3,000	0,001	0,004	0,002
3,500	0,003	0,005	0,002
4,000	0,004	0,006	0,002
4,500	0,005	0,007	0,002
5,000	0,006	0,007	0,002
6,000	0,006	0,007	0,002
7,000	0,007	0,007	0,002
8,000	0,005	0,007	0,002
9,000	0,006	0,008	0,002
10,000	0,004	0,004	0,002

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Parâmetros	Valores	K	veff	U
fges	0,010	2,00	Infinito	0,004
fe	0,008			
fu	0,003			

Repetibilidade Avanço (fw)				Repetibilidade Retorno (fw)			
Ponto Verificado	Média	K	U	Ponto Verificado	Média	K	U
MEIO	0,001	2,00	0,002	MEIO	0,001	2,00	0,002

- fges: É a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.
- fe: É a amplitude dos erros no sentido de avanço.
- fu: Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto
- fw: Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

7 - OBSERVAÇÕES:

- Os valores dos erros informados nas tabelas da seção 6 representam as médias aritméticas de (03) três leituras efetuadas no indicador do padrão, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Indicações no Padrão - Valor posicionado no Instrumento
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

FC

FOR-0004-RCC - REV.13 - DATA 28/03/2023

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Felipe Carvalho


Luís Fernando Vendramini
Signatário Autorizado