

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0952001-0322

1 - DADOS:

Cliente: MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA.
Endereço: Rua Reinaldo Sandrin, 1670 - Distrito Empresarial - Ribeirão Preto - SP
Equipamento: Durômetro Portátil Digital **Local da Calibração:** Instalações do Cliente
Nº de Ativo: DU-007 **Marca:** Digimess
Faixa de Indicação: 0 a 100 HR **Modelo:** 400.130-PLUS
Valor de uma divisão: 0,1 HR **Nº de Série:** 4538

2 - DATAS:

Recebimento: 07/03/2022 **Calibração:** 09/03/2022
Emissão: 09/03/2022

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0137

Revisão: 05

Para a determinação do erro do Durometro foi feito a medição direta em Padrões de Dureza conforme a escala em calibração. Foram realizado cinco ciclos de medição para cada escala calibrada

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,5 °C **Umidade:** 50 %

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0444	Termohigrômetro Digital	199357/21, ABSI, CAL 0056	06/2023
MTR-0608	Padrão de Dureza	04126/20, Mitutoyo, CAL 0031	08/2025
MTR-0111	Padrão de Dureza	04127/20, Mitutoyo, CAL 0031	08/2025
MTR-0113	Padrão de Dureza	04128/20, Mitutoyo, CAL 0031	08/2025
MTR-0609	Padrão de Dureza	04782/20, Mitutoyo, CAL 0031	08/2025
MTR-0610	Padrão de Dureza	04125/20, Mitutoyo, CAL 0031	08/2025

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

MEDIÇÃO DA DUREZA

Escala	V.V HR	Média das indicações HR	Erro HR	K	Veff	U HR
HRC	29,8	30,1	0,3	2,00	Infinito	0,4
HRC	46,1	45,5	-0,6	2,00	Infinito	0,4
HRC	63,8	62,7	-1,1	2,01	Infinito	0,4
HRB	49,5	48,9	-0,6	2,00	Infinito	0,9
HRB	88,1	89,0	0,9	2,00	Infinito	0,5

7 - OBSERVAÇÕES:

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (05) cinco leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor Verdadeiro (V.V.)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

MP

FOR-0004-DUR - Rev.01 - DATA 23/08/2019

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Luís Fernando Vendramini


Luís Fernando Vendramini
Signatário Autorizado