

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

1 - DADOS:

Cliente: MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA.
Endereço: Rua Reinaldo Sandrin, 1670 - Distrito Empresarial - Ribeirão Preto - SP
Equipamento: Micrômetro Externo
Marca: Mitutoyo
Nº de Ativo: ME-603
Capacidade: 300 a 400 mm

Local da Calibração: Metrologia Dimensional 1
Modelo: 104-142
Nº de Série: 61044244
Resolução: 0,01 mm

2 - DATAS:

Recebimento: 05/01/2023
Emissão: 13/01/2023

Calibração: 13/01/2023

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0040

Revisão: 08

O Micrômetro foi zerado no início da capacidade do instrumento. Os erros de medição do micrômetro foram verificados através da medição direta em Blocos Padrões nas dimensões estabelecidas, sendo efetuado a leitura diretamente no Micrômetro. Foram realizados três ciclos de medição.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 1,0 °C

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0309	Termohigrometro Digital	E0178001-0222, Metrus, CAL 0442	02/2024
MTR-0256	Jogo de Blocos Padrão	75291-201, Aferitec, CAL 0157	10/2023
MTR-0288	Jogo de Blocos Padrão	52201-201, Aferitec, CAL 0157	07/2023
MTR-0423	Jogo de Blocos Padrão	73356-201, Aferitec, CAL 0157	10/2023

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Resultados Expresso em mm

MEDIÇÃO DO FUSO					
V.V.	Media das Medições	Erro	K	Veff	U
300,00	300,000	0,000	2,00	Infinito	0,003
302,50	302,500	0,000	2,00	Infinito	0,003
305,10	305,100	0,000	2,00	Infinito	0,003
307,70	307,701	0,001	2,00	Infinito	0,003
310,30	310,300	0,000	2,00	Infinito	0,003
312,90	312,900	0,000	2,00	Infinito	0,003
315,00	315,001	0,001	2,00	Infinito	0,003
317,60	317,601	0,001	2,00	Infinito	0,003
320,20	320,200	0,000	2,00	Infinito	0,003
322,80	322,801	0,001	2,00	Infinito	0,003
325,00	325,000	0,000	2,00	Infinito	0,004

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

MEDIÇÃO DA HASTE PROLONGADORA			325,000 mm		
V.V.	Media das Medições	Erro	K	Veff	U
325,00	324,982	-0,018	2,00	Infinito	0,003

MEDIÇÃO DA HASTE PROLONGADORA			350,000 mm		
V.V.	Media das Medições	Erro	K	Veff	U
350,00	349,996	-0,004	2,00	Infinito	0,003

MEDIÇÃO DA HASTE PROLONGADORA			375,000 mm		
V.V.	Media das Medições	Erro	K	Veff	U
375,00	374,998	-0,002	2,00	Infinito	0,004

7 - OBSERVAÇÕES:

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Media das Medições são, as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Medições - Valor Verdadeiro (V.V.)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

MG

FOR-0004-MEI - REV.12 - DATA: 15/06/2022

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Matheus Lucchesi Giroti



Luís Fernando Vendramini
Signatário Autorizado