

# CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

## D0952217-1125

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

### 1 - DADOS:

**Cliente:** MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA.

**Endereço:** Rua Reinaldo Sandrin, 1670 - Distrito Empresarial - Ribeirão Preto - SP

**Equipamento:** Relógio Comparador

**Nº de Ativo:** RC-612

**Nº de Série:** 0B20658

**Capacidade:** 0 a 10 mm

**Local da Calibração:** Instalações do Cliente

**Marca:** Digimess

**Modelo:** Não Consta

**Resolução:** 0,01 mm

### 2 - DATAS:

Recebimento: 25/11/2025

Calibração: 25/11/2025

Emissão: 25/11/2025

### 3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

**MPC-0041**

**Revisão: 05**

O Relógio Comparador foi fixado no dispositivo Calibrador de Relógio, e o valor de referência é posicionado no Relógio Comparador e o mesmo acionado nos dois sentidos, de Avanço e Retorno, e as leituras realizadas no padrão. Foram realizados três ciclos de medição para análise dos desvio e cinco ciclos para a análise da repetibilidade, no meio do Relógio Comparador.

### 4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 2,0 °C

### 5 - PADRÕES UTILIZADOS:

| Nº Padrão | Descrição do Equipamento | Nº do Certificado               | Data de Validade |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|------------------|
| MTR-0309  | Termo-higrômetro Digital | E0178001-0224, Metrus, CAL 0442 | 02/2026          |
| MTR-0606  | Calibrador de Relógio    | 03934/24, Mitutoyo, CAL 0031    | 10/2026          |

### 6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

**Resultados Expresso em mm**

| Valor posicionado no Instrumento | Média do Erro de Avanço | Média do Erro de Retorno | U     |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| 0,000                            | 0,000                   | 0,000                    | 0,002 |
| 0,100                            | -0,001                  | -0,001                   | 0,002 |
| 0,200                            | -0,003                  | -0,001                   | 0,002 |
| 0,300                            | -0,001                  | -0,002                   | 0,002 |
| 0,400                            | -0,001                  | -0,003                   | 0,002 |
| 0,500                            | -0,002                  | 0,000                    | 0,002 |
| 0,600                            | 0,001                   | 0,000                    | 0,002 |
| 0,700                            | 0,002                   | 0,000                    | 0,002 |
| 0,800                            | 0,002                   | 0,001                    | 0,002 |
| 0,900                            | -0,001                  | -0,002                   | 0,002 |
| 1,000                            | -0,001                  | -0,002                   | 0,002 |
| 1,500                            | -0,002                  | -0,003                   | 0,002 |
| 2,000                            | -0,001                  | -0,002                   | 0,002 |
| 2,500                            | 0,001                   | 0,000                    | 0,002 |
| 3,000                            | -0,001                  | -0,002                   | 0,002 |
| 3,500                            | 0,001                   | 0,002                    | 0,002 |
| 4,000                            | 0,002                   | 0,003                    | 0,002 |
| 4,500                            | 0,002                   | 0,003                    | 0,002 |
| 5,000                            | 0,001                   | 0,002                    | 0,002 |
| 6,000                            | 0,002                   | 0,003                    | 0,002 |
| 7,000                            | -0,001                  | 0,000                    | 0,002 |
| 8,000                            | -0,001                  | 0,000                    | 0,002 |
| 9,000                            | 0,004                   | 0,005                    | 0,002 |
| 10,000                           | 0,005                   | 0,006                    | 0,002 |

**CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO**

| Parâmetros | Valores | K    | veff     | U     |
|------------|---------|------|----------|-------|
| fges       | 0,009   | 2,00 | Infinito | 0,004 |
| fe         | 0,008   |      |          |       |
| fu         | 0,002   |      |          |       |

| Repetibilidade Avanço (fw) |       |      |       |
|----------------------------|-------|------|-------|
| Ponto Verificado           | Média | K    | U     |
| MEIO                       | 0,001 | 2,00 | 0,002 |

| Repetibilidade Retorno (fw) |       |      |       |
|-----------------------------|-------|------|-------|
| Ponto Verificado            | Média | K    | U     |
| MEIO                        | 0,001 | 2,00 | 0,002 |

- fges: É a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.
- fe: É a amplitude dos erros no sentido de avanço.
- fu: Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto
- fw: Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

**7 - OBSERVAÇÕES:**

- Os valores dos erros informados nas tabelas da seção 6 representam as médias aritméticas de (03) três leituras efetuadas no indicador do padrão, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.

- Erro: Valor Médio das Indicações no Padrão - Valor posicionado no Instrumento

- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.

- É proibida a reprodução parcial deste documento.

- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

HJ

FOR-0004-RCC - REV.14 - DATA 15/05/2024

**8 - SIGNATÁRIOS:**

Executante: Henrique Nunes Jacon

Celso Moreira de Paula  
Signatário Autorizado