

# CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

## D0952242-1025

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

### 1 - DADOS:

**Cliente:** MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA.  
**Endereço:** Rua Reinaldo Sandrin, 1670 - Distrito Empresarial - Ribeirão Preto - SP  
**Equipamento:** Micrômetro Externo  
**Marca:** Pantec  
**Nº de Ativo:** ME-004  
**Capacidade:** 50 a 75 mm

**Local da Calibração:** Instalações do Cliente  
**Modelo:** Não Consta  
**Nº de Série:** 081284495  
**Resolução:** 0,01 mm

### 2 - DATAS:

Recebimento: 22/10/2025  
Emissão: 22/10/2025

Calibração: 22/10/2025

### 3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0040

Revisão: 09

O Micrômetro foi zerado no início da capacidade. Os erros de medição do fuso foram verificados através da medição direta em Blocos Padrões nas dimensões estabelecidas, sendo efetuado a leitura diretamente no Micrômetro. Foram realizados três ciclos de medição.

### 4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 2,0 °C

### 5 - PADRÕES UTILIZADOS:

| Nº Padrão | Descrição do Equipamento | Nº do Certificado               | Data de Validade |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|------------------|
| MTR-0360  | Termo-higrômetro Digital | E0178002-0225, Metrus, CAL 0442 | 02/2027          |
| MTR-0256  | Jogo de Blocos Padrão    | 87454-203, Aferitec, CAL 0157   | 11/2025          |
| MTR-0453  | Jogo de Blocos Padrão    | 63642-204, Aferitec, CAL 0157   | 08/2026          |

### 6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Resultados Expresso em mm

| MEDIÇÃO DO FUSO |                    |       |      |          |       |
|-----------------|--------------------|-------|------|----------|-------|
| V.V.            | Media das Medições | Erro  | K    | Veff     | U     |
| 50,00           | 50,000             | 0,000 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 52,50           | 52,500             | 0,000 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 55,10           | 55,100             | 0,000 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 57,70           | 57,701             | 0,001 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 60,30           | 60,300             | 0,000 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 62,90           | 62,901             | 0,001 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 65,00           | 65,000             | 0,000 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 67,60           | 67,601             | 0,001 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 70,20           | 70,202             | 0,002 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 72,80           | 72,801             | 0,001 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 75,00           | 75,002             | 0,002 | 2,00 | Infinito | 0,003 |

**CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO**

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Observação | Face do Batente Móvel Opaca impossibilitando a medição da planeza |
| Observação | Face do Batente Fixo Opaca impossibilitando a medição da planeza  |

**7 - OBSERVAÇÕES:**

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Média das Medições são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Média das Medições - Valor Verdadeiro (V.V.)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

FC

FOR-0004-MIC - REV.14 - DATA 14/05/2024

**8 - SIGNATÁRIOS:**

Executante: Felipe Carvalhar



Luís Fernando Vendramini  
Signatário Autorizado