

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº P0952201-0224

1 - DADOS:

Cliente: MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA.
Endereço: Rua Reinaldo Sandrin, 1670 - Distrito Empresarial - Ribeirão Preto - SP
Equipamento: Manômetro Analógico **Modelo:** Não Consta
Marca: Gavin **Nº de Série:** Não Consta
Nº de Ativo: FX-014 **Local da Calibração:** Instalações do Cliente
Faixa de Indicação: 0 a 50 l/min **Menor Divisão:** 2 l/min

2 - DATAS: Recebimento: 29/02/2024 Calibração: 29/02/2024 Emissão: 29/02/2024

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0020 Revisão: 11

O Instrumento foi calibrado com um padrão de trabalho do laboratório com incerteza de 0,02%, a calibração foi feita por meio de comparação direta, sendo que o valor de referencia é setado no instrumento sobre teste e lido no padrão de trabalho do laboratório.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0623	Manômetro Digital	RBC, ABSI CAL-233940/24	01/2025
MTR-0444	Termohigrômetro Digital	RBC, Metrus Nº E0178002-0523	05/2025

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Unidade	Pressão indicada Padrão		Pressão indicada Padrão	
Pressão indicada Teste	Primeiro Ciclo		Segundo Ciclo	
	Carrego	Descarrego	Carrego	Descarrego
l/min	l/min	l/min	l/min	l/min
0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10,32	10,35	10,30	10,28
20	20,52	20,55	20,51	20,50
30	30,86	30,89	30,83	30,80
40	41,05	41,08	41,02	40,95
50	51,12	51,12	51,10	51,10

Características Metrológicas	% Em Relação ao Final de Escala	l/min
Erro fiducial (Índice da Classe):	-2,24	-1,12
Incerteza de Medição:	0,82	0,41
Histerese:	0,14	0,07
Repetibilidade:	0,26	0,13

6 - OBSERVAÇÕES:

- A variação da temperatura para calibração nas instalações do cliente não foram superiores a 4 °C da temperatura inicial para final."
- A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $k = 2,00$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este Certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

P0952201-0224 / DH

FOR-0004 - MAN5 Rev.03 DATA: 09/11/2020

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: David Hansen


Luis Henrique Gomes da Silva
Signatário Autorizado