



RELATÓRIO DE MEDIÇÃO Nº P1198214-0724

1 - DADOS:

Ciente: FUPRESA S/A
Endereço: Rod. Eng. Ermenio de O Penteado - s/n - KM 476 - Bairro Caldeira - Indaiatuba - SP
Equipamento: Pressostato
Local da Calibração: Instalações do Cliente
Marca: Danfoss
Modelo: RT 5
Nº de Ativo: CE-65005/03
Nº de Série: Não Consta
Pressão Nominal: 4 a 17 bar

2 - DATAS: **Recebimento:** 29/07/2024 **Calibração:** 29/07/2024 **Emissão:** 29/07/2024

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0073 Revisão: 03

A calibração foi realizada na subida e na descida, aplicando uma pressão no instrumento sob teste e realizando as leituras no padrão. Para cada valor de medido, foram efetuadas três medições no padrão.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0017	Manômetro Digital	RBC, ABSI CAL-237695/24	05/2025
MTR-0310	TermoHigrômetro Digital	RBC, Metrus Nº E0178002-0224	02/2026

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Acionamento Subida	k	U	veff
bar		bar	
6,667	2,00	0,010	∞

Acionamento Descida	k	U	veff
bar		bar	
5,997	2,00	0,010	∞

6 - OBSERVAÇÕES:

- A variação da temperatura para calibração nas instalações do cliente não foram superiores a 4 °C da temperatura inicial para final."
- A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $k = 2,00$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este relatório se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

P1198214-0724 / crg

FOR-0004 - Pressostato

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Filipe Rodrigues da Silva


Luis Henrique Gomes da Silva
Signatário Autorizado