

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D1201027-1020

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

1 - DADOS:

Cliente: ISCAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA
Endereço: Rodovia Miguel Melhado Campos, KM 79 - Distrito Industrial Benedito Storani - Vinhedo - SP
Equipamento: Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico
Nº de Ativo: CR033
Nº de Série: Não Consta
Modelo: Passa / Não Passa
Local da Calibração: Metrologia Dimensional 1
Marca: KingTools
Especificação da Rosca: M 12 x 1,75 - 6H

2 - DATAS:

Recebimento: 15/10/2020
 Emissão: 28/10/2020
 Calibração: 28/10/2020

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0089 Revisão: 07

O Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico foi apoiado sobre a mesa da Máquina de Medição Linear e o seu diâmetro foi medido em duas alturas e em dois planos perpendiculares ao eixo 0° e 90° pelo método de três arames calibrados, o seu passo e semiângulo foram medidos na Sip através da visualização da Escala Angular. Foram realizados três ciclos de medição.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 21 °C Umidade: 48 %

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0309	Termohigrômetro Digital	182104/20, ABSI, CAL nº 0056	02/2022
MTR-0105	Máquina de Medição Linear (SIP)	33630-18-DI/SP, Calibratec, CAL nº 0114	11/2020
MTR-0036	Máquina de Medição Linear	15237-19-DI/SP, Calibratec, CAL nº 0114	05/2021
MTR-0107	Jogo de Arame Calibrado	28794-200, Aferitec, CAL nº 0157	05/2022
MTR-0061	Escala Angular Calibrada	1509/18, Certi, CAL nº 0034	04/2021

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

						Lado Passa			Especificações conforme a Norma ISO R 1502 / DIN 13		
Diâmetro do Flanco (0°)											
Posição	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm						
Altura A	10,881	0,006	2,00	Infinito	0,002				Diâmetro Nominal 10,875 mm		
Altura B	10,859	-0,016	2,00	Infinito	0,002				Diâmetro Mínimo 10,8695 mm		
									Diâmetro Máximo 10,8805 mm		
									Desgaste 10,8575 mm		
									Passo 1,750 mm		
									Semi Ângulo 30° 0' ± 11'		

Diâmetro do Flanco (90°)											
Posição	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm						
Altura A	10,880	0,005	2,00	Infinito	0,002						
Altura B	10,859	-0,016	2,00	Infinito	0,002						

Passo (Altura Central)											
Posição	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm						
0°	1,750	0,000	2,00	Infinito	0,002						
90°	1,750	0,000	2,00	Infinito	0,002						

Semi Ângulo (Altura Central 0°)											
Posição	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')						
LD	30° 3'	3	2,00	Infinito	4						
LE	30° 3'	3	2,00	Infinito	4						

Semi Ângulo (Altura Central 90°)											
Posição	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')						
LD	30° 3'	3	2,00	Infinito	4						
LE	30° 3'	3	2,00	Infinito	4						

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D1201027-1020

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Lado Não Passa					
Diâmetro do Flanco (0°)					
Posição	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm
Altura A	11,072	0,003	2,00	Infinito	0,002
Altura B	11,067	-0,002	2,00	Infinito	0,002

Diâmetro do Flanco (90°)					
Posição	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm
Altura A	11,072	0,003	2,00	Infinito	0,002
Altura B	11,067	-0,002	2,00	Infinito	0,002



Passo (Altura Central)					
Posição	Média das Medições mm	Erro mm	K	Veff	U mm
0°	1,750	0,000	2,00	Infinito	0,002
90°	1,750	0,000	2,00	Infinito	0,002

Semi Ângulo (Altura Central 0°)					
Posição	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')
LD	30° 3'	3	2,00	Infinito	4
LE	30° 3'	3	2,00	Infinito	4

Semi Ângulo (Altura Central 90°)					
Posição	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')
LD	30° 3'	3	2,00	Infinito	4
LE	30° 3'	3	2,00	Infinito	4

Especificações conforme a Norma
ISO R 1502 / DIN 13

Diâmetro Nominal	11,0685	mm
Diâmetro Mínimo	11,063	mm
Diâmetro Máximo	11,074	mm
Desgaste	11,057	mm
Passo	1,750	mm
Semi Ângulo	30° 0'	± 16'



7 - OBSERVAÇÕES:

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor Verdadeiro (V.V.)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

LFV

FOR-0004-CTRC - REV.10 - DATA 01/10/2020

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Luís Fernando Vendramini

Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado