

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D1201208-0921

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

1 - DADOS:

Cliente: ISCAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA
Endereço: Rodovia Miguel Melhado Campos, KM 79 - Distrito Industrial Benedito Storani - Vinhedo - SP
Equipamento: Relógio Comparador Balanceado
Nº de Ativo: RC022
Nº de Série: 1185964
Faixa de Indicação: -0,05 a +0,05 mm

Local da Calibração: Instalações do Cliente
Marca: Mahr
Modelo: Não Consta
Valor de uma divisão: 0,001 mm

2 - DATAS:

Recebimento: 16/09/2021

Calibração: 16/09/2021

Emissão: 16/09/2021

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0041

Revisão: 03

O Relógio Comparador foi fixado no dispositivo Calibrador de Relógio, e o valor de referência é posicionado no Relógio Comparador e o mesmo acionado nos dois sentidos, de Avanço e Retorno, e as leituras realizadas no padrão. Foram realizados três ciclos de medição para análise dos desvio e cinco ciclos para a análise da repetibilidade, no início, meio e fim do Relógio Comparador.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,8 °C

Umidade: 54 %

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0360	Termohigrometro Digital	195026/21, ABSI, CAL 0056	02/2023
MTR-0450	Calibrador de Relógio	05301/19, Mitutoyo, CAL 0031	09/2021

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Resultados Expresso em mm

Lado Negativo		
Valor posicionado no Instrumento	Média do Erro de Avanço	Média do Erro de Retorno
0,000	0,0000	0,0000
0,005	-0,0001	0,0002
0,010	0,0002	0,0002
0,015	0,0001	-0,0001
0,020	-0,0001	0,0002
0,025	0,0001	-0,0002
0,030	-0,0001	-0,0001
0,035	0,0001	-0,0001
0,040	0,0002	-0,0002
0,045	0,0002	-0,0001
0,050	-0,0002	0,0000

Parâmetros	Valores	K	Veff	U
fges	0,0004	2,00	Infinito	0,0015
fe	0,0004			
fu	0,0004			

Repetibilidade Avanço (fw)				Repetibilidade Retorno (fw)			
Ponto Verificado	Média	K	U	Ponto Verificado	Média	K	U
MEIO	0,0009	2,00	0,0015	MEIO	0,0008	2,00	0,0015

- fges: É a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.

- fe: É a amplitude dos erros no sentido de avanço.

- fu: Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto

- fw: Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D1201208-0921

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Lado Positivo				
Valor posicionado no Instrumento	Média do Erro de Avanço	Média do Erro de Retorno		
0,000	0,0000	-0,0002		
0,005	-0,0001	-0,0001		
0,010	-0,0001	0,0002		
0,015	0,0002	0,0001		
0,020	0,0002	-0,0001		
0,025	0,0003	0,0001		
0,030	0,0009	-0,0001		
0,035	0,0001	0,0001		
0,040	0,0003	0,0001		
0,045	0,0002	-0,0001		
0,050	-0,0001	0,0003		
Parâmetros	Valores	K	Veff	U
fges	0,0011	2,00	Infinito	0,0015
fe	0,0010			
fu	0,0010			

Repetibilidade Avanço (fw)				Repetibilidade Retorno (fw)			
Ponto Verificado	Média	K	U	Ponto Verificado	Média	K	U
MEIO	0,0008	2,00	0,0015	MEIO	0,0008	2,00	0,0015

- fges: É a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.
- fe: É a amplitude dos erros no sentido de avanço.
- fu: Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto
- fw: Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

7 - OBSERVAÇÕES:

- Os valores dos erros informados nas tabelas da seção 6 representam as médias aritméticas de (03) três leituras efetuadas no indicador do padrão, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.

- Erro: Valor Médio das Indicações no Padrão - Valor posicionado no Instrumento

- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.

- É proibida a reprodução parcial deste documento.

- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

OAS

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Otávio Andrade da Silva


Luís Fernando Vendramini
Signatário Autorizado

FOR-0004-RCBM - REV.11 - DATA: 05/05/2021