

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D1201208-0922

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

1 - DADOS:

Cliente: ISCAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA
Endereço: Rodovia Miguel Melhado Campos, KM 79 - Distrito Industrial Benedito Storani - Vinhedo - SP
Equipamento: Relógio Comparador
Nº de Ativo: RC049
Nº de Série: YDV010
Capacidade: 0 a 1 mm

Local da Calibração: Instalações do Cliente
Marca: Mitutoyo
Modelo: 2109S-10
Resolução: 0,001 mm

2 - DATAS:

Recebimento: 22/09/2022
Emissão: 22/09/2022

Calibração: 22/09/2022

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0041

Revisão: 04

O Relógio Comparador foi fixado no dispositivo Calibrador de Relógio, e o valor de referência é posicionado no Relógio Comparador e o mesmo acionado nos dois sentidos, de Avanço e Retorno, e as leituras realizadas no padrão. Foram realizados três ciclos de medição para análise dos desvio e cinco ciclos para a análise da repetibilidade, no início, meio e fim do Relógio Comparador.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 2,0 °C

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0360	Termohigrometro Digital	195026/21, ABSI, CAL 0056	02/2023
MTR-0450	Calibrador de Relógio	05021/21, Mitutoyo, CAL 0031	10/2023

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Resultados Expresso em mm

Valor posicionado no Instrumento	Média do Erro de Avanço	Média do Erro de Retorno	U
0,000	0,0000	0,0000	0,0015
0,010	-0,0007	0,0001	0,0015
0,020	-0,0001	-0,0001	0,0015
0,030	-0,0001	-0,0002	0,0015
0,040	-0,0003	0,0006	0,0015
0,050	-0,0001	0,0005	0,0015
0,060	-0,0002	0,0002	0,0015
0,070	-0,0003	-0,0006	0,0015
0,080	-0,0002	-0,0004	0,0015
0,090	-0,0001	-0,0002	0,0015
0,100	-0,0007	0,0002	0,0015
0,110	0,0008	-0,0001	0,0015
0,120	0,0002	-0,0003	0,0015
0,130	-0,0002	-0,0001	0,0015
0,140	0,0006	0,0003	0,0015
0,150	0,0001	0,0007	0,0015
0,160	0,0004	0,0009	0,0015
0,170	0,0007	0,0005	0,0015
0,180	0,0008	0,0003	0,0015
0,190	-0,0001	0,0004	0,0015
0,200	0,0010	0,0006	0,0015

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D1201208-0922

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Valor posicionado no Instrumento	Média do Erro de Avanço	Média do Erro de Retorno	U
0,250	0,0004	0,0011	0,0015
0,300	0,0006	0,0009	0,0015
0,350	0,0002	0,0007	0,0015
0,400	0,0014	0,0008	0,0015
0,450	0,0012	0,0004	0,0015
0,500	0,0005	0,0009	0,0015
0,550	0,0008	0,0016	0,0015
0,600	0,0002	0,0009	0,0015
0,650	0,0005	0,0005	0,0015
0,700	0,0003	0,0008	0,0015
0,750	0,0009	0,0009	0,0015
0,800	0,0008	0,0014	0,0015
0,850	0,0008	0,0012	0,0015
0,900	0,0012	0,0011	0,0015
0,950	0,0002	0,0013	0,0015
1,000	0,0009	0,0018	0,0015

Parâmetros	Valores	K	Veff	U
fges	0,0025	2,00	Infinito	0,0030
fe	0,0021			
fu	0,0011			

Repetibilidade Avanço (fw)			
Ponto Verificado	Média	K	U
MEIO	0,0002	2,00	0,0015

Repetibilidade Retorno (fw)			
Ponto Verificado	Média	K	U
MEIO	0,0001	2,00	0,0015

- fges: É a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.
- fe: É a amplitude dos erros no sentido de avanço.
- fu: Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto
- fw: Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D1201208-0922

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

7 - OBSERVAÇÕES:

- Os valores dos erros informados nas tabelas da seção 6 representam as médias aritméticas de (03) três leituras efetuadas no indicador do padrão, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Indicações no Padrão - Valor posicionado no Instrumento
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

FC

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Luís Fernando Vendramini



Luís Fernando Vendramini
Signatário Autorizado

FOR-0004-RCM - REV.12 - DATA 31/05/2022