

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D1201208-1021

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

1 - DADOS:

Cliente: ISCAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA
Endereço: Rodovia Miguel Melhado Campos, KM 79 - Distrito Industrial Benedito Storani - Vinhedo - SP
Equipamento: Relógio Comparador **Local da Calibração:** Metrologia Dimensional 1
Nº de Ativo: RC048 **Marca:** Mitutoyo
Nº de Série: YBQ302 **Modelo:** 1044S
Faixa de Indicação: 0 a 5 mm **Valor de uma divisão:** 0,01 mm

2 - DATAS:

Recebimento: 15/10/2021 Calibração: 15/10/2021
Emissão: 15/10/2021

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0041

Revisão: 03

O Relógio Comparador foi fixado na mesa da Máquina de Medição Linear (SIP), e o valor de referência é posicionado no Relógio Comparador e o mesmo acionado nos dois sentidos, de Avanço e Retorno, e as leituras realizadas no padrão. Foram realizados três ciclos de medição para análise dos desvio e cinco ciclos para a análise da repetibilidade, no início, meio e fim do Relógio Comparador.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura: 20,2 °C

Umidade: 48 %

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0360	Termohigrometro Digital	195026/21, ABSI, CAL 0056	02/2023
MTR-0105	Máquina de Medição Linear (SIP)	29105-20-DI/SP, Calibratec, CAL 0114	11/2022

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Resultados Expresso em mm

Valor posicionado no Instrumento	Média do Erro de Avanço	Média do Erro de Retorno
0,000	0,000	-0,001
0,100	-0,001	0,001
0,200	0,000	0,001
0,300	0,000	0,001
0,400	0,000	0,000
0,500	0,001	0,000
0,600	0,001	0,001
0,700	0,000	0,000
0,800	-0,001	0,001
0,900	-0,001	0,001
1,000	0,000	0,001
1,500	-0,001	0,001
2,000	-0,001	-0,001
2,500	-0,002	0,000
3,000	-0,002	0,000
3,500	-0,001	0,000
4,000	-0,002	-0,002
4,500	-0,003	0,001
5,000	-0,002	0,001

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D1201208-1021

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Parâmetros	Valores	K	veff	U
fges	0,004	2,00	Infinito	0,002
fe	0,004			
fu	0,004			

Repetibilidade Avanço (fw)			
Ponto Verificado	Média	K	U
INICIO	0,000	2,00	0,002
MEIO	0,002	2,15	0,002
FIM	0,002	2,15	0,002

Repetibilidade Retorno (fw)			
Ponto Verificado	Média	K	U
INICIO	0,000	2,00	0,002
MEIO	0,002	2,15	0,002
FIM	0,002	2,15	0,002

- fges: É a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.
- fe: É a amplitude dos erros no sentido de avanço.
- fu: Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto
- fw: Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

7 - OBSERVAÇÕES:

- Os valores dos erros informados nas tabelas da seção 6 representam as médias aritméticas de (03) três leituras efetuadas no indicador do padrão, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Indicações no Padrão - Valor posicionado no Instrumento
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

GB

FOR-0004-RCC - REV.10 - DATA 04/05/2021

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Gabriel Baquião Mociaro


Luís Fernando Vendramini
Signatário Autorizado