

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D1201220-0921

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

1 - DADOS:

Cliente: ISCAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA
Endereço: Rodovia Miguel Melhado Campos, KM 79 - Distrito Industrial Benedito Storani - Vinhedo - SP
Equipamento: Micrômetro Externo **Local da Calibração:** Instalações do Cliente
Marca: Mitutoyo **Modelo:** 103-144-10
Nº de Ativo: ME011 **Nº de Série:** 116721
Faixa de Indicação: 175 a 200 mm **Valor de uma divisão:** 0,01 mm

2 - DATAS:

Recebimento: 16/09/2021 Calibração: 16/09/2021
Emissão: 16/09/2021

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0040

Revisão: 07

O Micrômetro foi zerado no início da capacidade do instrumento. Os erros de medição do micrômetro foram verificados através da medição direta em Blocos Padrões nas dimensões estabelecidas, sendo efetuado a leitura diretamente no Micrômetro. Foram realizados três ciclos de medição.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,3 °C

Umidade: 54 %

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0359	Termohigrometro Digital	195028/21, ABSI, CAL nº 0056	02/2023
MTR-0256	Jogo de Blocos Padrão	65994-109, Aferitec, CAL nº 0157	10/2021
MTR-0453	Jogo de Blocos Padrão	38493-200, Aferitec, CAL nº 0157	06/2022
MTR-0423	Jogo de Blocos Padrão	05674/19, Mitutoyo, CAL nº 0031	10/2021

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO: Resultados Expresso em mm

MEDIÇÃO DO FUSO					
V.V.	Media das Medições	Erro	K	Veff	U
175,00	175,000	0,000	2,00	Infinito	0,002
177,50	177,500	0,000	2,00	Infinito	0,002
180,10	180,101	0,001	2,00	Infinito	0,002
182,70	182,700	0,000	2,00	Infinito	0,002
185,30	185,299	-0,001	2,00	Infinito	0,002
187,90	187,900	0,000	2,00	Infinito	0,002
190,00	190,000	0,000	2,00	Infinito	0,002
192,60	192,600	0,000	2,00	Infinito	0,002
195,20	195,200	0,000	2,00	Infinito	0,002
197,80	197,800	0,000	2,00	Infinito	0,002
200,00	200,000	0,000	2,00	Infinito	0,003

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D1201220-0921

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

7 - OBSERVAÇÕES:

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Média das Medições são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Média das Medições - Valor Verdadeiro (V.V.)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

MG

FOR-0004-MIC - REV.11 - DATA 23/04/2021

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Matheus Lucchesi Giroti



Luís Fernando Vendramini
Signatário Autorizado