

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

1 - DADOS:

Cliente: ISCAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA

Endereço: Rodovia Miguel Melhado Campos, KM 79 - Distrito Industrial Benedito Storani - Vinhedo - SP

Equipamento: Relógio Comparador Balanceado

Nº de Ativo: RC045

Nº de Série: 1240804

Capacidade: -0,5 a 0,5 mm

Local da Calibração: Instalações do Cliente

Marca: Mahr

Modelo: Não Consta

Resolução: 0,001 mm

2 - DATAS:

Recebimento: 26/09/2025

Emissão: 26/09/2025

Calibração: 26/09/2025

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0041

Revisão: 05

O Relógio Comparador foi fixado no dispositivo Calibrador de Relógio, e o valor de referência é posicionado no Relógio Comparador e o mesmo acionado nos dois sentidos, de Avanço e Retorno, e as leituras realizadas no padrão. Foram realizados três ciclos de medição para análise dos desvio e cinco ciclos para a análise da repetibilidade, no início, meio e fim do Relógio Comparador.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 2,0 °C

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0359	Termo-higrômetro Digital	E0178001-0225, Metrus, CAL 0442	02/2027
MTR-0637	Calibrador de Relógio	D0178004-0825, Metrus, CAL 0442	08/2027

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Resultados Expresso em mm

Lado Negativo			
Valor posicionado no Instrumento	Média do Erro de Avanço	Média do Erro de Retorno	U
0,000	0,0000	0,0000	0,0018
0,005	-0,0002	0,0000	0,0018
0,010	0,0000	-0,0001	0,0018
0,015	-0,0001	0,0001	0,0018
0,020	-0,0001	0,0001	0,0018
0,025	-0,0001	0,0001	0,0018
0,030	-0,0002	0,0000	0,0018
0,035	-0,0002	0,0001	0,0018
0,040	0,0000	0,0002	0,0018
0,045	-0,0001	0,0002	0,0018
0,050	0,0000	0,0002	0,0018

Parâmetros	Valores	K	Veff	U
fges	0,0004	2,00	Infinito	0,0036
fe	0,0002			
fu	0,0003			

Repetibilidade Avanço (fw)			
Ponto Verificado	Média	K	U
MEIO	0,0001	2,00	0,0018

Repetibilidade Retorno (fw)			
Ponto Verificado	Média	K	U
MEIO	0,0001	2,00	0,0018

- fges: É a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.
- fe: É a amplitude dos erros no sentido de avanço.
- fu: Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto
- fw: Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Lado Positivo			
Valor posicionado no Instrumento	Média do Erro de Avanço	Média do Erro de Retorno	U
0,000	0,0000	0,0000	0,0018
0,005	-0,0001	0,0000	0,0018
0,010	-0,0001	0,0002	0,0018
0,015	-0,0002	-0,0002	0,0018
0,020	-0,0001	-0,0003	0,0018
0,025	-0,0001	0,0001	0,0018
0,030	-0,0002	0,0001	0,0018
0,035	-0,0001	0,0001	0,0018
0,040	0,0000	0,0001	0,0018
0,045	0,0000	0,0000	0,0018
0,050	0,0000	0,0000	0,0018

Parâmetros	Valores	K	Veff	U
fges	0,0005	2,00	Infinito	0,0036
fe	0,0002			
fu	0,0003			

Repetibilidade Avanço (fw)			
Ponto Verificado	Média	K	U
MEIO	0,0001	2,00	0,0018

Repetibilidade Retorno (fw)			
Ponto Verificado	Média	K	U
MEIO	0,0001	2,00	0,0018

- fges: É a amplitude dos erros considerando o sentido de avanço e retorno.
- fe: É a amplitude dos erros no sentido de avanço.
- fu: Maior diferença entre avanço e retorno no mesmo ponto
- fw: Repetibilidade e a variação das leituras no mesmo ponto, em cinco ciclos de medição.

7 - OBSERVAÇÕES:

- Os valores dos erros informados nas tabelas da seção 6 representam as médias aritméticas de (03) três leituras efetuadas no indicador do padrão, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Indicações no Padrão - Valor posicionado no Instrumento
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

SW

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Gustavo Henrique Moreira



Luís Fernando Vendramini
Signatário Autorizado

FOR-0004-RCBM - REV.13 - DATA: 15/05/2024