

### 1 - DADOS:

**Cliente:** INBRASC INDÚSTRIA BRASILEIRA DE COMPONENTES LTDA  
**Endereço:** Rua Maranhão, N° 1716 - Bairro Capotuna - Jaguariúna - SP  
**Equipamento:** Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico  
**N° de Ativo:** CT-571  
**N° de Série:** 2210525  
**Modelo:** Passa / Não Passa

**Local da Calibração:** Metrologia Dimensional 1  
**Marca:** Neomatic  
**Especificação da Rosca:** M 12 x 1,5 - 6H

### 2 - DATAS:

Recebimento: 09/03/2023  
 Emissão: 16/03/2023

Calibração: 16/03/2023  
 Validade: 03/2024

### 3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO N°

MPC-0089

Revisão: 08

O Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico foi apoiado sobre a mesa da Máquina de Medição Linear e o seu diâmetro foi medido em duas alturas e em dois planos perpendiculares ao eixo 0° e 90° pelo método de três arames calibrados, o seu passo e semiângulo foram medidos na Sip através da visualização da Escala Angular. Foram realizados três ciclos de medição.

### 4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 1,0 °C

### 5 - PADRÕES UTILIZADOS:


| N° Padrão | Descrição do Equipamento        | N° do Certificado                      | Data de Validade |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| MTR-0309  | Termohigrometro Digital         | E0178001-0222, Metrus, CAL 0442        | 02/2024          |
| MTR-0105  | Máquina de Medição Linear (SIP) | 28779-22-DI/SP.1, Calibratec, CAL 0114 | 11/2024          |
| MTR-0036  | Máquina de Medição Linear       | D4974-21, Feinmess, CAL 0133           | 05/2023          |
| MTR-0107  | Jogo de Arame                   | 34209-202, Aferitec, CAL 0157          | 05/2024          |
| MTR-0061  | Escala Angular                  | 1230/21, Certi, CAL 0034               | 04/2024          |

### 6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Resultados Expresso em mm

| LADO PASSA                       |                               |               |      |          |            |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------|------|----------|------------|
| Diâmetro do Flanco (0°)          |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições            | Erro          | K    | Veff     | U          |
| Altura A                         | 11,0392                       | 0,0012        | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Altura B                         | 11,0376                       | -0,0004       | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Diâmetro do Flanco (90°)         |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições            | Erro          | K    | Veff     | U          |
| Altura A                         | 11,0382                       | 0,0002        | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Altura B                         | 11,0366                       | -0,0014       | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Passo (Altura Central)           |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições            | Erro          | K    | Veff     | U          |
| 0°                               | 1,5009                        | 0,0009        | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| 90°                              | 1,5009                        | 0,0009        | 2,00 | Infinito | 0,0020     |
| Semi Ângulo (Altura Central 0°)  |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições<br>( ° ' ) | Erro<br>( ' ) | K    | Veff     | U<br>( ' ) |
| LD                               | 30° 2'                        | 2             | 2,00 | Infinito | 4          |
| LE                               | 30° 2'                        | 2             | 2,00 | Infinito | 4          |
| Semi Ângulo (Altura Central 90°) |                               |               |      |          |            |
| Posição                          | Média das Medições<br>( ° ' ) | Erro<br>( ' ) | K    | Veff     | U<br>( ' ) |
| LD                               | 30° 2'                        | 2             | 2,00 | Infinito | 4          |
| LE                               | 30° 2'                        | 2             | 2,00 | Infinito | 4          |

| Especificações conforme a Norma<br>ISO R 1502 / DIN 13 |         |       |
|--------------------------------------------------------|---------|-------|
| Diâmetro Nominal                                       | 11,0380 | mm    |
| Diâmetro Mínimo                                        | 11,0325 | mm    |
| Diâmetro Máximo                                        | 11,0435 | mm    |
| Desgaste                                               | 11,0205 | mm    |
| Passo                                                  | 1,5000  | mm    |
| Semi Ângulo                                            | 30° 0'  | ± 12' |



### CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

#### LADO NÃO PASSA

| Diâmetro do Flanco (0°) |                    |         |      |          |        |
|-------------------------|--------------------|---------|------|----------|--------|
| Posição                 | Média das Medições | Erro    | K    | Veff     | U      |
| Altura A                | 11,2131            | -0,0084 | 2,00 | Infinito | 0,0020 |


| Diâmetro do Flanco (90°) |                    |         |      |          |        |
|--------------------------|--------------------|---------|------|----------|--------|
| Posição                  | Média das Medições | Erro    | K    | Veff     | U      |
| Altura A                 | 11,2143            | -0,0072 | 2,00 | Infinito | 0,0020 |

| Passo (Altura Central) |                    |        |      |          |        |
|------------------------|--------------------|--------|------|----------|--------|
| Posição                | Média das Medições | Erro   | K    | Veff     | U      |
| 0°                     | 1,5007             | 0,0007 | 2,00 | Infinito | 0,0020 |
| 90°                    | 1,5009             | 0,0009 | 2,00 | Infinito | 0,0020 |

| Semi Ângulo (Altura Central 0°) |                          |          |      |          |       |
|---------------------------------|--------------------------|----------|------|----------|-------|
| Posição                         | Média das Medições (° ') | Erro (') | K    | Veff     | U (') |
| LD                              | 30° 2'                   | 2        | 2,00 | Infinito | 4     |
| LE                              | 30° 2'                   | 2        | 2,00 | Infinito | 4     |

| Semi Ângulo (Altura Central 90°) |                          |          |      |          |       |
|----------------------------------|--------------------------|----------|------|----------|-------|
| Posição                          | Média das Medições (° ') | Erro (') | K    | Veff     | U (') |
| LD                               | 30° 2'                   | 2        | 2,00 | Infinito | 4     |
| LE                               | 30° 2'                   | 2        | 2,00 | Infinito | 4     |

| Especificações conforme a Norma ISO R 1502 / DIN 13 |         |       |
|-----------------------------------------------------|---------|-------|
| Diâmetro Nominal                                    | 11,2215 | mm    |
| Diâmetro Mínimo                                     | 11,2160 | mm    |
| Diâmetro Máximo                                     | 11,2270 | mm    |
| Desgaste                                            | 11,2100 | mm    |
| Passo                                               | 1,5000  | mm    |
| Semi Ângulo                                         | 30° 0'  | ± 16' |




#### 7 - OBSERVAÇÕES:

- Valor Médio das Medições são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada parâmetro medido, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Medições - Valor Nominal de cada parâmetro
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

MP

#### 8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Matheus Henrique Pelizari



Luís Fernando Vendramini  
Signatário Autorizado

FOR-0004-CTRC - REV.13 - DATA 24/05/2022