

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº P1460200-0923

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CAL 0442

1 - DADOS:

Cliente: INBRASC INDÚSTRIA BRASILEIRA DE COMPONENTES LTDA
Endereço: Rua Maranhão, Nº 1716 - Bairro Capotuna - Jaguariúna - SP
Equipamento: Manômetro Analógico **Modelo:** Não Consta
Marca: Arcadal **Nº de Série:** Não Consta
Nº de Ativo: MN-035 **Local da Calibração:** Instalações do Cliente
Faixa de Indicação: 0 à 11 bar **Menor Divisão:** 0,2 bar

2 - DATAS: Recebimento: 28/09/2023 Calibração: 28/09/2023 Emissão: 28/09/2023 Validade: 09/2024

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0020 Revisão: 11

O Instrumento foi calibrado com um padrão de trabalho do laboratório com incerteza de 0,02%, a calibração foi feita por meio de comparação direta, sendo que o valor de referência é setado no instrumento sobre teste e lido no padrão de trabalho do laboratório.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0017	Manômetro Digital	RBC, ABSI CAL-224299/23	05/2024
MTR-0356	Termohigrômetro Digital	RBC, Metrus E0178001-1122	11/2024

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Unidades		Pressão indicada Padrão		Pressão indicada Padrão		k	u	veff
Sistema Internacional	Pressão indicada Teste							
		Carrego	Descarrego	Carrego	Descarrego		bar	
MPa	bar	bar	bar	bar	bar			
0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,08	∞
0,20	2,0	1,95	1,92	1,96	1,91	2,01	0,09	493
0,40	4,0	3,91	3,87	3,90	3,88	2,00	0,08	∞
0,60	6,0	5,87	5,82	5,88	5,84	2,01	0,09	290
0,80	8,0	7,83	7,77	7,84	7,78	2,02	0,09	124
1.10	11.0	10,76	10,76	10,77	10,77	2.00	0.08	∞

Características Metrológicas	% Em Relação ao Final de Escala	bar
Erro fiducial (Índice da Classe):	2,18	0,24
Incerteza de Medição:	0,82	0,09
Histerese:	0,55	0,06
Repetibilidade:	0,18	0,02

6 - OBSERVAÇÕES:

- 1 MPa = 10 bar. (MPa = megapascal, unidade de pressão SI)
- A variação da temperatura para calibração nas instalações do cliente não foram superiores a 4 °C da temperatura inicial para final."
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este Certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

P1460200-0923 / GFS

FOR-0004 - MAN5 Rev.03 DATA: 09/11/2020

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Gustavo Henrique Moreira


Luis Henrique Gomes da Silva
Signatário Autorizado