

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº P2818008-1122

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CAL 0442

1 - DADOS:

Cliente: MGN INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
Endereço: Rua Otílio Dalçóquio, nº 601 - Bairro Salseiros - Itajaí - SC
Equipamento: Manômetro Analógico
Marca: Famabras
Nº de Ativo: 852327
Faixa de Indicação: 0 à 400 kPa

Modelo: Classe A ABNT
Nº de Série: Não Consta
Local da Calibração: Instalações do Cliente
Menor Divisão: 5 kPa

2 - DATAS: Recebimento: 23/11/22 Calibração: 23/11/22 Emissão: 23/11/22

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0020 Revisão: 11

O Instrumento foi calibrado com um padrão de trabalho do laboratório com incerteza de 0,02%, a calibração foi feita por meio de comparação direta, sendo que o valor de referência é setado no instrumento sobre teste e lido no padrão de trabalho do laboratório.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0622	Manômetro Digital	RBC, ABSI CAL-208005/22	02/2023
MTR-0310	TermoHigrômetro Digital	RBC, Metrus Nº E0178002-0222	02/2024

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Unidades		Pressão indicada Padrão		Pressão indicada Padrão		k	u	veff
Sistema Internacional	Pressão indicada Teste							
		Carrego	Descarrego	Carrego	Descarrego		kPa	
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa			
0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,00	2,0	∞
80,00	80	82,2	82,4	82,3	82,4	2,00	2,0	∞
160,00	160	162,3	162,5	162,4	162,6	2,00	2,0	∞
240,00	240	242,4	242,6	242,5	242,7	2,00	2,0	∞
320,00	320	322,7	322,9	322,8	323,0	2,00	2,0	∞
400,00	400	402,9	402,9	403,2	403,2	2,00	2,0	∞

Características Metrológicas	% Em Relação ao Final de Escala	kPa
Erro fiducial (Índice da Classe):	-0,80	-3,2
Incerteza de Medição:	0,50	2,0
Histerese:	0,05	0,2
Repetibilidade:	0,08	0,3

6 - OBSERVAÇÕES:

- (kPa = kilopascal, unidade de pressão SI)
- A variação da temperatura para calibração nas instalações do cliente não foram superiores a 4 °C da temperatura inicial para final."
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este Certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

P2818008-1122 / HJ

FOR-0004 - MAN5 Rev.03 DATA: 09/11/2020

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Henrique Nunes Jacon


Luis Henrique Gomes da Silva
Signatário Autorizado