

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0800013-0418

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

1 - DADOS:

Cliente: CCS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rodovia Anhanguera Km 145, s/n - Jardim Nova Limeira, Limeira - SP
Equipamento: Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico
Nº de Ativo: CTR020
Nº de Série: Não Consta
Modelo: P / NP

Local da Calibração: Metrologia Dimensional (1)
Marca: Digimess
Especificação da Rosca: M 14 x 1,5 - 6H

2 - DATAS: Recebimento: 03/04/2018 Calibração: 03/04/2018 Emissão: 16/04/2018

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0089 Revisão: 06

O Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico foi apoiado sobre a mesa da Máquina de Medição Linear e o seu diâmetro foi medido em duas alturas e em dois planos perpendiculares ao eixo 0° e 90° pelo método de três arames calibrados, o seu passo e semi-ângulo foram medidos na Sip através da visualização da Escala Angular. Foram realizados três ciclos de medição.

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0036	Máquina de Medição Linear	03388/17, Mitutoyo, CAL nº 0031	05/2020
MTR-0107	Jogo de Arame Calibrado	28363-105, Aferitec, CAL nº 0157	05/2018
MTR-0105	Máquina de Medição Linear (SIP)	33714-15-DI/SP, Calibratec, CAL nº 0114	11/2018
MTR-0061	Escala Angular Calibrada	1227/15, Certi, CAL nº 0034	04/2018
MTR-0309	Termohigrômetro Digital	156556/18, ABSI, CAL nº 0056	02/2020

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Lado Passa

Diâmetro do Flanco (0°)

Média das
Medições
mm

Erro
mm

K

Veff

U
mm

Altura A 13,044 0,006 2,00 Infinito 0,002

Altura B 13,044 0,006 2,00 Infinito 0,002

Diâmetro do Flanco (90°)

Média das
Medições
mm

Erro
mm

K

Veff

U
mm

Altura A 13,043 0,005 2,00 Infinito 0,002

Altura B 13,043 0,005 2,00 Infinito 0,002

Passo (Altura Central)

Média das
Medições
mm

Erro
mm

K

Veff

U
mm

0° 1,501 0,001 2,08 32 0,002

90° 1,501 0,001 2,08 32 0,002

Semi Ângulo (Altura Central)

0°

Média das
Medições
(° ')

Erro
(')

K

Veff

U
(')

LD 30° 0' 0 2,00 Infinito 2

LE 30° 1' 1 2,00 Infinito 2

Semi Ângulo (Altura Central)

90°

Média das
Medições
(° ')

Erro
(')

K

Veff

U
(')

LD 30° 1' 1 2,00 Infinito 2

LE 30° 1' 1 2,00 Infinito 2

Especificação

Diâmetro Nominal 13,038 mm



Diâmetro Mínimo 13,015 mm

Diâmetro Máximo 13,049 mm

Desgaste -- mm

Passo 1,500 mm

Semi Ângulo 30° 0'



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0800013-0418

Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 sob o nº 0442.

Lado Não Passa


Diâmetro do Flanco (0°)						Especificação	
Média das Medições	Erro	K	Veff	U		Diâmetro Nominal	
mm	mm			mm		Diâmetro Mínimo	
mm	mm			mm		Diâmetro Máximo	
Altura A	13,221	-0,001	2,00	Infinito	0,002	Desgaste	-- mm
Altura B	13,221	-0,001	2,00	Infinito	0,002	Passo	1,500 mm
						Semi Ângulo	30° 0'

Diâmetro do Flanco (90°)					
Média das Medições	Erro	K	Veff	U	
mm	mm			mm	
Altura A	13,221	-0,001	2,00	Infinito	0,002
Altura B	13,221	-0,001	2,00	Infinito	0,002

Passo (Altura Central)					
Média das Medições	Erro	K	Veff	U	
				mm	
0°	1,499	-0,001	2,08	32	0,002
90°	1,499	-0,001	2,08	32	0,002

Semi Ângulo (Altura Central)					
0°	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')
LD	30° 0'	0	2,00	Infinito	2
LE	29° 59'	-1	2,00	Infinito	2

Semi Ângulo (Altura Central)					
90°	Média das Medições (° ')	Erro (')	K	Veff	U (')
LD	29° 59'	-1	2,00	Infinito	2
LE	29° 58'	-2	2,00	Infinito	2



6 - OBSERVAÇÕES:

- Temperatura de referência: 20 °C ± 1,0°C (entre 19,0°C e 21,0°C), e Umidade Relativa do ar : 60 ± 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nos Laboratórios da METRUS.
- V.C - Valor Convencional.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na apresentação do valor encontrado expressa é a média de três medições
- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor convencional (V.C)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos correspondente a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

D0800013-0418/GX

FOR-0004-CTRC - REV.06 - DATA 07/08/2017

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Thaís Aparecida Mariano


Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado