

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0800032-0818

1 - DADOS:

Cliente: CCS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rodovia Anhanguera Km 145, s/n - Jardim Nova Limeira, Limeira - SP
Equipamento: Goniômetro Local da Calibração: Instalações Permanentes
Nº de Ativo: GON007 Marca: Mitutoyo
Capacidade: 0 a 360 ° Modelo: Não Consta
V.D.D.: 5 ' Nº de Série: 064607

2 - DATAS: Recebimento: 08/08/2018 Calibração: 15/08/2018 Emissão: 16/08/2018

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0107 Revisão: 07

O Goniômetro foi fixado na mesa da Máquina de Medição Linear (SIP), e através da visualização feita pela Escala Angular foi verificado os desvios, em cada posição determinadas conforme procedimento. Foram executados três ciclos de medição para cada posição.

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0309	Termohigrômetro Digital	156556/18, ABSI, CAL nº 0056	02/2020
MTR-0105	Máquina de Medição Linear (SIP)	33714-15-DI/SP, Calibratec, CAL nº 0114	11/2018
MTR-0061	Escala Angular Calibrada	1509/18, Certi, CAL nº 0034	04/2021

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

ESCALA ÂNGULAR					
V.C	Valor médio das Leituras	Erro	K	Veff	U
0	0° 0'	0	2,00	Infinito	2
30°	30° 8'	8	2,00	Infinito	2
60° 30'	60° 35'	5	2,00	Infinito	2
90°	90° 2'	2	2,00	Infinito	2
120°	119° 53'	-7	2,00	Infinito	2
150° 30'	150° 28'	-2	2,00	Infinito	2
180°	180° 2'	2	2,00	Infinito	2
210°	210° 5'	5	2,00	Infinito	2
240°	240° 8'	8	2,00	Infinito	2
270°	270° 1'	1	2,00	Infinito	2
300°	300° 1'	1	2,00	Infinito	2
330°	330° 3'	3	2,00	Infinito	2

6 - OBSERVAÇÕES:

- Temperatura de referência: 20 °C ± 1,0°C (entre 19,0°C e 21,0°C), e Umidade Relativa do ar : 60 ± 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nos Laboratórios da METRUS.

- V.C - Valor Convencional.

- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na Apresentação Valor Encontrado expressa que é a média de três Verificações.

- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor convencional (V.C)

- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.

- É proibida a reprodução parcial deste documento.

D0800032-0818/GX

FOR-0004-G/TA - REV 02 - DATA: 18/12/2017

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Thaís Aparecida Mariano


Celso Moreira de Paula