

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0800041-0317

1 - DADOS:

Cliente: CCS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rodovia Anhanguera Km 145, s/n - Jardim Nova Limeira, Limeira - SP
Equipamento: Padrão Escalonado de Folga **Modelo:** Não consta
Marca: Não consta **Nº de Série:** Não consta
Nº de Ativo: PEF047 **Local da Calibração:** Instalações do Cliente
Faixa de Indicação: 1 - 15 mm **Valor de 1 Divisão:** 1 mm

2 - DATAS: **Recebimento:** 16/03/17 **Calibração:** 16/03/17 **Emissão:** 21/03/17

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0120 Revisão: 04

Para a medição do Bloco escalonado foi utilizado um Micrômetro Externo Digital. Foram executados três ciclos de medição.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0051	Micrômetro Externo Digital	RBC, Metrus D0178001-1216	12/2018
MTR-0439	Termohigrômetro Digital	RBC, ABSI CAL-124034/15	05/2017

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

V.C	Valor médio das indicações	Erro	K	U
mm	mm	mm		mm
1	0,978	-0,022	2,00	0,001
2	1,986	-0,014	2,00	0,001
3	3,019	0,019	2,00	0,001
4	4,017	0,017	2,00	0,001
5	5,014	0,014	2,00	0,001
6	6,010	0,010	2,00	0,001
7	7,001	0,001	2,00	0,001
8	8,016	0,016	2,00	0,001
9	9,006	0,006	2,00	0,001
10	10,014	0,014	2,00	0,001
11	11,001	0,001	2,00	0,001
12	12,001	0,001	2,00	0,001
13	12,999	-0,001	2,00	0,001
14	13,963	-0,037	2,00	0,001
15	14,945	-0,055	2,00	0,001

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0800041-0317

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

6 - OBSERVAÇÕES:

- Temperatura de referência: $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ (entre $19,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $21,0\text{ }^{\circ}\text{C}$), e Umidade Relativa do ar : 60 ± 15 (entre 45 %UR e 75 %UR) para as calibrações executadas nos laboratórios da METRUS

- V.C - Valor Convencional.

- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na Apresentação Valor Encontrado expressa que é a média de três Verificações.

- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor convencional (V.C)

- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veef) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.

- É proibida a reprodução parcial deste documento.

- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

ALA

FOR-0004 - Bloco Escalonado

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: David Hansen



Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado