

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº

D0800061-0517

1 - DADOS:

Cliente: CCS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rodovia Anhanguera Km 145, s/n - Jardim Nova Limeira, Limeira - SP
Equipamento: Cálibre de Solda
Marca: Não Consta **Modelo:** Não Consta
Nº de Ativo: CAS 125 **Nº de Série:** Não Consta
Faixa de Indicação: 2,00 mm á 12,00 mm **Local da Calibração:** Instalações Permanentes

2 - DATAS: **Recebimento:** 03/05/17 **Calibração:** 10/05/17 **Emissão:** 16/05/17

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0120 Revisão: 04

As escalas do instrumento e sua escala de ângulos foram verificadas diretamente com o banco micrométrico.

4 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0059	Projeto de Perfil	RBC, Limetro n. 53-013011/15	11/2018
MTR-0445	Termohigrômetro Digital	RBC, ABSI CAL-124745/15	06/2017

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

8,00 mm	V.C	Média	Erro	Veef	K	U
	mm	mm	mm			mm
A	8,000	7,933	-0,067	Infinito	2,00	0,001
B	8,000	7,940	-0,060	Infinito	2,00	0,001
C	8,000	7,960	-0,040	Infinito	2,00	0,001

10,00 mm	V.C	Média	Erro	Veef	K	U
	mm	mm	mm			mm
D	10,000	9,933	-0,067	Infinito	2,00	0,001
E	10,000	9,942	-0,058	Infinito	2,00	0,001
F	10,000	9,937	-0,063	Infinito	2,00	0,001

12,00 mm	V.C	Média	Erro	Veef	K	U
	mm	mm	mm			mm
A	12,000	11,889	-0,111	Infinito	2,00	0,001
D	12,000	11,887	-0,113	Infinito	2,00	0,001
E	12,000	11,869	-0,131	Infinito	2,00	0,001

3,00 mm	V.C	Média	Erro	Veef	K	U
	mm	mm	mm			mm
A	3,000	2,910	-0,090	Infinito	2,00	0,001
B	3,000	2,981	-0,019	Infinito	2,00	0,001
C	3,000	2,862	-0,138	Infinito	2,00	0,001

6,00 mm	V.C	Média	Erro	Veef	K	U
	mm	mm	mm			mm
D	6,000	5,977	-0,023	Infinito	2,00	0,001
E	6,000	5,921	-0,079	Infinito	2,00	0,001
F	6,000	6,066	0,066	Infinito	2,00	0,001

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0800061-0517

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

2,50 mm	V.C	Média	Erro	Veef	K	U
	mm	mm	mm			mm
A	2,500	2,404	-0,096	Infinito	2,00	0,001
B	2,500	2,439	-0,061	Infinito	2,00	0,001
C	2,500	2,460	-0,040	Infinito	2,00	0,001

5,00 mm	V.C	Média	Erro	Veef	K	U
	mm	mm	mm			mm
D	5,000	4,991	-0,009	Infinito	2,00	0,001
E	5,000	4,988	-0,012	Infinito	2,00	0,001
F	5,000	4,964	-0,036	Infinito	2,00	0,001

2,00 mm	V.C	Média	Erro	Veef	K	U
	mm	mm	mm			mm
A	2,000	1,966	-0,034	Infinito	2,00	0,001
B	2,000	1,969	-0,031	Infinito	2,00	0,001
C	2,000	1,984	-0,016	Infinito	2,00	0,001

4,00 mm	V.C	Média	Erro	Veef	K	U
	mm	mm	mm			mm
D	4,000	3,971	-0,029	Infinito	2,00	0,001
E	4,000	3,963	-0,037	Infinito	2,00	0,001
F	4,000	3,971	-0,029	Infinito	2,00	0,001

6 - OBSERVAÇÕES:

- veef : Graus Efetivos de Liberdade
- Temperatura de referência: 20 °C ± 1,0°C (entre 19,0°C e 21,0°C), e Umidade Relativa do ar : 60 ± 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nos laboratórios da METRUS.
- V.C - Valor Verdadeiro Convencional.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na Apresentação Valor Encontrado expressa que é a média de três Verificações.
- Erro: Valor Médio da Indicações - Valor Verdadeiro convencional (V.C)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veef) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este relatório se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

D0800061-0517/Acsa

Calibre de Solda

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Matheus Henrique Pelizari


 Celso Moreira de Paula
 Signatário Autorizado