

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0800105-0417

1 - DADOS:

Ciente: CCS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rodovia Anhanguera Km 145, s/n - Jardim Nova Limeira, Limeira - SP
Equipamento: Calibrador Tampão Roscado Cônico
Nº de Ativo: CAR-030
Nº de Série: 69769/1
Modelo: Não consta

Local da Calibração: Instalações Permanentes
Marca: Ferriplax
Especificação da Rosca: 1/8" x 27 NPSF-L1

2 - DATAS: **Recebimento:** 12/04/2017 **Calibração:** 28/04/2017 **Emissão:** 02/05/2017

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0130 Revisão: 03

O Calibrador Tampão Roscado Cônico foi apoiado sobre a mesa da Máquina de Medição Linear (SIP) e o seu diâmetro foi medido na altura de L1, o seu passo foi medido em duas alturas e em dois planos perpendiculares ao eixo 0° e 90°, o Semi Ângulo do Filete e Semi Ângulo do Cone foram medidos através da visualização da escala Angular. Foram realizados três ciclos de medição.

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0105	Máquina de Medição Linear (SIP)	33714/15-DI/SP, Calibratec, CAL nº 0114	11/2018
MTR-0055	Coleção de Apalpadores Esféricos	1360/15, Certi, CAL nº 0034	05/2018
MTR-0061	Escala Angular Calibrada	1227/15, Certi, CAL nº 0034	04/2018
MTR-0060	Padrão SIP 60°	1286/15, Certi, CAL nº 0034	04/2018
MTR-0309	Termohigrômetro Digital	133376/16, ABSI, CAL nº 0056	03/2018

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Diâmetro do Flanco E1						Especificação (mm)			
Média das Medições	Erro	K	Veff	U		Nominal	Mínimo	Máximo	Desgaste
mm	mm			mm		9,43	9,426	9,436	--
Diâmetro	9,433	0,002	2,00	Infinito	0,002				
Dimensão da Altura L1						Especificação (mm)			
Média das Medições	Erro	K	Veff	U		Nominal	Mínimo	Máximo	
mm	mm			mm		3,161	3,141	3,181	
Altura	3,161	0,000	2,04	32,51	0,001				
Passo (Altura Central)						Especificação (mm)			
Média das Medições	Erro	K	Veff	U		Nominal	Mínimo	Máximo	
mm	mm			mm		0,941	0,936	0,946	
0°	0,940	-0,001	2,18	12,92	0,001				
90°	0,942	0,001	2,18	12,92	0,001				
Semi Ângulo do Filete						Especificação (°)			
Média das Medições	Erro	K	Veff	U		Nominal	Tolerância		
(° ')	(')			(')		30° 0'	± 30'		
0°									
LD	30° 1'	1	2,01	78,45	2				
LE	30° 1'	1	2,01	78,45	2				
Semi Ângulo do Filete						Especificação (°)			
Média das Medições	Erro	K	Veff	U		Nominal	Tolerância		
(° ')	(')			(')		1° 47'	+ 3'		
90°									
LD	30° 1'	1	2,01	78,45	2				
LE	30° 2'	2	2,01	78,45	2				
Semi Ângulo do Cone						Especificação (°)			
Média das Medições	Erro	K	Veff	U		Nominal	Tolerância		
(° ')	(')			(')		1° 48'			
1° 48'	1	2,00	Infinito	2					

6 - OBSERVAÇÕES:

- Temperatura de referência: 20 °C ± 1,0°C (entre 19,0°C e 21,0°C), e Umidade Relativa do ar : 60 ± 15 (entre 45% UR e 75% UR) para as calibrações executadas nos Laboratórios da METRUS.
- V.C - Valor Convencional.
- Valor Médio das Indicações são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.C, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus. Na apresentação do valor encontrado expressa é a média de três medições
- Erro: Valor Médio das Indicações - Valor convencional (V.C)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos correspondente a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

D0800105-0417/MHP

FOR-0004 - CTRCO - REV.03 - DATA 21/10/2016

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Celso Moreira de Paula

Página 1 de 1

Celso Moreira de Paula
 Signatário Autorizado

CLAUDINEI GOMES DA SILVA LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO - METRUS

Rua José Veríssimo da Silva, 305 - Jd. Santana Parolli - Limeira - SP. Fone: (19) 3441-5280 - contato@metruscalibacao.com.br