

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº D0800138-0717

1 - DADOS:

Cliente: CCS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rodovia Anhanguera Km 145, s/n - Jardim Nova Limeira, Limeira - SP
Solicitante: CCS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - Palmeira - PR
Equipamento: Nível de Bolha **Local da Calibração:** Instalações Permanentes
Marca: Não Consta **Modelo:** Não Consta
Nº de Ativo: REG 002 **Nº de Série:** Não Consta
Faixa de Indicação: 2400 x 60 mm

2 - DATAS: **Recebimento:** 06/07/17 **Calibração:** 06/07/17 **Emissão:** 12/07/17

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº MPC-0135 Revisão: 04

O Desempeno foi nivelado com um Nível de precisão. Em seguida o nível em teste foi colocado sobre o desempenho e observada a posição da bolha em relação à marcação central. Para a verificação da bolha do prumo o nível é apoiado sobre um esquadro de precisão, perpendicular ao Desempeno.

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0094	Desempeno de Granito	RBC, Mitutoyo 10346/13	09/2018
MTR-0331	Esquadro de Precisão	RBC, Gero N° 2017/011596	03/2019
MTR-0309	TermoHigrômetro Digital	RBC, ABSI CAL-133376/16	03/2018

5 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Bolha Principal:	Bolha Centralizada
Bolha do Prumo:	Bolha Centralizada
Bolha do Prumo:	Bolha Centralizada

K	2,00
U	0,001 mm

6 - OBSERVAÇÕES:

- Temperatura de referência: 20 °C ± 1,0°C, para as calibrações executadas nos laboratórios da METRUS.
- As leituras médias são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada valor de referência, em condições pré-determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este equipamento não necessita pré-calibração.

/ALA

FOR-0004 - Nível de Bolha

7 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Matheus Lucchesi Giroti


Celso Moreira de Paula
Signatário Autorizado