

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

1 - DADOS:

Cliente: DANPOWER CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Endereço: Rua Rosário Takaki, 110 - Distrito Industrial Uninorte - Piracicaba - SP
Equipamento: Pente de Rosca
Nº de Ativo: PLR0006
Nº de Série: Não Consta
Modelo: Não Consta

Local da Calibração: Metrologia Dimensional
Marca: King Tools
Especificação Métrica: 0,25 a 6 mm
Especificação Whitworth: 62 a 4 Fios/Pol.

2 - DATAS: Recebimento: 08/11/2024
Emissão: 12/11/2024
Calibração: 12/11/2024

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0126

Revisão: 10

O Lamina em calibração foi fixado na mesa da Máquina de Medição Linear e foi realizado a medição no sentido longitudinal para se determinar o Passo, após seu Ângulo foi determinado através da medição direta pela escala angular, Foram executados Três ciclos de Medição para cada lamina.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 1,0 °C

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0309	Termo-higrômetro Digital	E0178001-0224, Metrus, CAL 0442	02/2026
MTR-0105	Máquina de Medição Linear (SIP)	28779-22-DI/SP.1, Calibratec, CAL 0114	11/2024
MTR-0061	Escala Angular	0773/24, Certi, CAL 0034	03/2027

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

RESULTADOS EXPRESSO EM mm

Lado Métrico (60°)										
Passo						Ângulo				
V.V	Média das Medições	Erro	K	Veff	U	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
0,250	0,253	0,003	2,00	Infinito	0,007	60° 1'	1	2,00	Infinito	4
0,300	0,302	0,002	2,00	Infinito	0,007	60° 2'	2	2,00	Infinito	4
0,350	0,353	0,003	2,00	Infinito	0,007	60° 4'	4	2,00	Infinito	4
0,400	0,406	0,006	2,00	Infinito	0,007	60° 3'	3	2,00	Infinito	4
0,450	0,452	0,002	2,00	Infinito	0,007	60° 2'	2	2,00	Infinito	4
0,500	0,502	0,002	2,00	Infinito	0,007	60° 5'	5	2,00	Infinito	4
0,600	0,603	0,003	2,00	Infinito	0,007	60° 4'	4	2,00	Infinito	4
0,700	0,703	0,003	2,00	Infinito	0,007	60° 1'	1	2,00	Infinito	4
0,750	0,751	0,001	2,00	Infinito	0,007	60° 2'	2	2,00	Infinito	4
0,800	0,809	0,009	2,00	Infinito	0,007	60° 3'	3	2,00	Infinito	4
0,900	0,906	0,006	2,00	Infinito	0,007	60° 3'	3	2,00	Infinito	4
1,000	1,004	0,004	2,00	Infinito	0,007	60° 5'	5	2,00	Infinito	4
1,250	1,252	0,002	2,00	Infinito	0,007	60° 4'	4	2,00	Infinito	4
1,500	1,504	0,004	2,00	Infinito	0,007	60° 6'	6	2,00	Infinito	4
1,750	1,753	0,003	2,00	Infinito	0,007	60° 3'	3	2,00	Infinito	4
2,000	2,006	0,006	2,00	Infinito	0,007	60° 4'	4	2,00	Infinito	4
2,500	2,505	0,005	2,00	Infinito	0,007	60° 5'	5	2,00	Infinito	4
3,000	3,005	0,005	2,00	Infinito	0,007	60° 3'	3	2,00	Infinito	4
3,500	3,506	0,006	2,00	Infinito	0,007	60° 4'	4	2,00	Infinito	4
4,000	4,004	0,004	2,00	Infinito	0,007	60° 3'	3	2,00	Infinito	4
4,500	4,502	0,002	2,00	Infinito	0,007	60° 3'	3	2,00	Infinito	4
5,000	5,003	0,003	2,00	Infinito	0,007	60° 5'	5	2,00	Infinito	4
5,500	5,505	0,005	2,00	Infinito	0,007	60° 5'	5	2,00	Infinito	4
6,000	6,003	0,003	2,00	Infinito	0,007	60° 4'	4	2,00	Infinito	4

CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Lado Whitworth (55°)										
Passo						Ângulo				
V.V fpp	Média das Medições	Erro	K	Veff	U	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
62	0,408	-0,002	2,00	Infinito	0,007	54° 57'	-3	2,00	Infinito	4
60	0,421	-0,002	2,00	Infinito	0,007	55° 2'	2	2,00	Infinito	4
48	0,522	-0,007	2,00	Infinito	0,007	55° 1'	1	2,00	Infinito	4
40	0,634	-0,001	2,00	Infinito	0,007	54° 55'	-5	2,00	Infinito	4
36	0,705	-0,001	2,00	Infinito	0,007	54° 54'	-6	2,00	Infinito	4
32	0,793	-0,001	2,00	Infinito	0,007	54° 56'	-4	2,00	Infinito	4
30	0,844	-0,003	2,00	Infinito	0,007	55° 6'	6	2,00	Infinito	4
28	0,906	-0,001	2,00	Infinito	0,007	55° 3'	3	2,00	Infinito	4
26	0,978	0,001	2,00	Infinito	0,007	55° 2'	2	2,00	Infinito	4
25	1,013	-0,003	2,00	Infinito	0,007	55° 6'	6	2,00	Infinito	4
24	1,056	-0,002	2,00	Infinito	0,007	55° 4'	4	2,00	Infinito	4
22	1,152	-0,003	2,00	Infinito	0,007	54° 55'	-5	2,00	Infinito	4
20	1,269	-0,001	2,00	Infinito	0,007	54° 54'	-6	2,00	Infinito	4
19	1,335	-0,002	2,00	Infinito	0,007	55° 2'	2	2,00	Infinito	4
18	1,407	-0,004	2,00	Infinito	0,007	55° 4'	4	2,00	Infinito	4
16	1,591	0,004	2,00	Infinito	0,007	55° 2'	2	2,00	Infinito	4
14	1,813	-0,001	2,00	Infinito	0,007	55° 5'	5	2,00	Infinito	4
13	1,955	0,001	2,00	Infinito	0,007	55° 1'	1	2,00	Infinito	4
12	2,119	0,002	2,00	Infinito	0,007	55° 3'	3	2,00	Infinito	4
11	2,308	-0,001	2,00	Infinito	0,007	55° 3'	3	2,00	Infinito	4
10	2,544	0,004	2,00	Infinito	0,007	55° 5'	5	2,00	Infinito	4
9	2,831	0,009	2,00	Infinito	0,007	55° 3'	3	2,00	Infinito	4
8	3,178	0,003	2,00	Infinito	0,007	55° 4'	4	2,00	Infinito	4
7	3,622	-0,007	2,00	Infinito	0,007	55° 2'	2	2,00	Infinito	4
6	4,230	-0,003	2,00	Infinito	0,007	54° 59'	-1	2,00	Infinito	4
5	5,089	0,009	2,00	Infinito	0,007	55° 2'	2	2,00	Infinito	4
4 1/2	5,641	-0,003	2,00	Infinito	0,007	55° 3'	3	2,00	Infinito	4
4	6,352	0,002	2,00	Infinito	0,007	55° 6'	6	2,00	Infinito	4

7 - OBSERVAÇÕES:

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Média das Medições são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Média das Medições - Valor Verdadeiro (V.V.)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

MH

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Matheus Henrique Pelizari

Luís Fernando Vendramini
Signatário Autorizado

FOR-0004-PR - REV 13 - DATA: 15/05/2024