

1 - DADOS:

Cliente: DANPOWER CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Endereço: Rua Rosário Takaki, 110 - Distrito Industrial Uninorte - Piracicaba - SP
Equipamento: Jogo de Filme Padrão
Nº de Ativo: FMP0004
Espessura: 51 à 979 µm

Local da Calibração: Metrologia Dimensional 1
Marca: Medtec
Modelo: Não Consta

2 - DATAS:

Recebimento: 17/07/2023
Emissão: 25/07/2023

Calibração: 25/07/2023

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0111

Revisão: 07

A espessura do Filme Padrão foi verificado através da medição direta com a Máquina de Medir Linear, aplicando-se uma força de medição de 1 N, em Cinco posições distribuído em toda a sua área, conforme desenho abaixo. Foi realizado uma série de três medições para cada posição.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 1,0 °C

5 - PADRÕES UTILIZADOS:


Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0309	Termohigrometro Digital	E0178001-0222, Metrus, CAL 0442	02/2024
MTR-0036	Máquina de Medição Linear	D5841-23, Feinmess, CAL 0133	05/2025

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

RESULTADOS EXPRESSO EM µm

Nominal	Posição 1	Posição 2	Posição 3	Posição 4	Posição 5	Média das Medições	K	Veff	U	Nº de Serie
51	51,2	51,4	52,8	51,6	52,2	51,8	2,00	Infinito	0,6	10977
75	75,1	74,4	75,5	75,6	75,8	75,3	2,00	Infinito	0,6	0348
101	100,3	100,2	99,8	100,4	100,6	100,3	2,00	Infinito	0,6	0418
126	125,4	126,8	126,2	126,1	127,3	126,4	2,00	Infinito	0,6	0374
175	174,1	176,5	175,4	175,8	175,2	175,4	2,00	Infinito	0,6	0532
250	245,7	246,4	245,2	246,6	246,8	246,1	2,00	Infinito	0,6	11141
463	462,1	461,2	463,7	462,6	461,2	462,2	2,00	Infinito	0,6	0354
979	977,7	978,4	978,5	978,6	978,8	978,4	2,00	Infinito	0,6	9534

Posição (Definição dos Pontos de Medição)



7 - OBSERVAÇÕES:

- Valor Médio das Medições são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada Lamina, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.

- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

FC

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Felipe Carvalhar


Luís Fernando Vendramini
Signatário Autorizado

FOR-0004-FP - REV.05 - DATA: 28/03/2023