

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

D1250025-0523

1 - DADOS:

Cliente: DANPOWER CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Endereço: Rua Rosário Takaki, 110 - Distrito Industrial Uninorte - Piracicaba - SP
Equipamento: Trena Digital
Nº de Ativo: MDL0002
Nº de Série: 411770853
Capacidade: 0 a 50 m

Local da Calibração: Metrologia Dimensional 2
Marca: Bosch
Modelo: GLM 50
Valor de uma divisão: 0,001 m

2 - DATAS:

Recebimento: 17/05/2023
Emissão: 29/05/2023
Calibração: 29/05/2023

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0169

Revisão: 01

A Trena Digital foi alinhada paralelamente a Trena, e posicionando um jogo de espelhos até os pontos pré estabelecidos, indicados na escala da Trena, finalizando a continuidade do fleche de luz com um bloco onde não se reflete o fleche e então foi efetuada a leitura no indicador Digital da Trena. Foram executados três ciclos de medição.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 19,5 °C

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0445	Termohigrômetro Digital	199358/21, ABSI, CAL 0056	06/2023
MTR-0316	Trena	D0178012-0123, Metrus, CAL 0442	01/2025

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Resultados Expresso em m

V.V	Valor Médio das Medições	Erro	K	Veff	U
0,0	0,000	0,000	2,00	Infinito	0,0018
5,0	5,000	0,000	2,00	Infinito	0,0018
10,0	10,001	0,001	2,00	Infinito	0,0018
15,0	15,001	0,001	2,00	Infinito	0,0018
20,0	20,002	0,002	2,00	Infinito	0,0019
25,0	25,001	0,001	2,00	Infinito	0,0019
30,0	30,003	0,003	2,00	Infinito	0,0019
35,0	35,003	0,003	2,00	Infinito	0,0019
40,0	40,002	0,002	2,00	Infinito	0,0019
45,0	45,004	0,004	2,00	Infinito	0,0019
50,0	50,004	0,004	2,00	Infinito	0,0019

7 - OBSERVAÇÕES:

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Valor Médio das Medições são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Valor Médio das Medições - Valor Verdadeiro (V.V.)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.

FC

FOR-0004-TDI - Rev.02 - DATA 15/09/2022

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Felipe Carvalhar

Luís Fernando Vendramini
Signatário Autorizado