

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

D1250056-0823

1 - DADOS:

Cliente: DANPOWER CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Endereço: Rua Rosário Takaki, 110 - Distrito Industrial Uninorte - Piracicaba - SP
Equipamento: Nível à Laser
Marca: Bosch
Nº de Ativo: NVL0002

Local da Calibração: Metrologia Dimensional 1
Modelo: GCL 2-15
Nº de Série: 3601K66E00

2 - DATAS:

Recebimento: 28/08/2023

Calibração: 01/09/2023

Emissão: 01/09/2023

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº

MPC-0120

Revisão: 06

O nível à laser foi apoiado, sob o desempenho, afim de se verificar o deslocamento do fleche de laser, e para verificar o deslocamento do Laser de Vertical e Lateral o mesmo foi apoiado na face de um esquadro de precisão, perpendicular ao desempenho de Granito. Foram executados 3 ciclos de Medição.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 1,0 °C

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0309	Termohigrômetro Digital	E0178001-0222, Metrus, CAL 0442	02/2024
MTR-0121	Esquadro Cilindrico	05110/22, Mitutoyo, CAL 0031	12/2025
MTR-0094	Desempeno	91004-202, Aferitec, CAL 0157	12/2024

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Posição	Média da Medições	K	U
Laser Principal:	0,00007 mm/m	2,00	0,001 mm/m
Laser de Prumo Vertical:	0,00006 mm/m	2,00	0,001 mm/m
Laser de Prumo Lateral:	0,00004 mm/m	2,00	0,001 mm/m

7 - OBSERVAÇÕES:

- Valor Médio das Medições são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.

- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.

- É proibida a reprodução parcial deste documento.

MP

FOR-0004 - NL - REV. 01 - 22/02/2023

8 - SIGNATÁRIOS:

Executante: Matheus Henrique Pelizari


Luís Fernando Vendramini
Signatário Autorizado